



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE DOS MOTORES PARA CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA PARA CLÍNICA MC MUTUAL EN MADRID PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” (EN ADELANTE: MC MUTUAL O LA MUTUA).

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1”

Número de expediente: N202500359



Índice

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DEL CONTRATO	3
CLÁUSULA 2ª - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	3
CLÁUSULA 3ª - CONDICIONES GENERALES.....	5

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “**MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1**” (en adelante, **MC MUTUAL o LA MUTUA**), se especifica en el apartado 1 de los datos básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.2.- Ámbito geográfico. El suministro objeto de la presente licitación tiene como destino la Clínica de Mutual Midat Cyclops en Madrid, sita en calle Joaquín Cárdenas nº 2 de Coslada, (Madrid).

CLÁUSULA 2ª - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1.- Motor modular para cirugía traumatológica a baterías

- Motor modular con capacidad para adaptadores de fresas, brocas, agujas y pines desde 0,6 a 3,2 mm.
- Motor Pieza de mano de corte sagital de 1200 cpm.
- Contenedor de esterilización con filtro y bandeja.
- 2 Baterías de ion de litio pequeña esterilizables en autoclave.
- 2 Baterías de ion de litio grande no esterilizable con carcasa y protector de transferencia.
- Cargador de baterías de 4 puertos.
- Incluirá los siguientes adaptadores:
 - Jacobs perforador sin llave diam 6,4 mm
 - Portabrocas con llave de ¼ pulgadas de alta potencia
 - Adaptador AO
 - Introduccion de agujas universal (0,6 a 3,2 mm)

- Esterilizable mediante múltiples métodos (entre ellos autoclave).
- Exento de mantenimiento rutinario.
- Exento de lubricación de piezas.
- Resistencia al agua IPX9 (High-temperature and high-pressure wáter jets tests) para todas las piezas de mano.

2.2.- Motor modular quirúrgico de pequeñas articulaciones

- Consola con pantalla táctil, totalmente configurable con perfiles de usuario compatible con el uso de tres (3) piezas de mano y dos (2) pedales.
- Un (1) motor modular con capacidad para adaptadores de fresas, brocas, agujas y pines desde 0,6 a 3,2 mm.
- Un (1) motor tipo lápiz dedicado para sierra sagital.
- Dos (2) cables para la conexión de las piezas de mano con la consola.
- Un (1) mando manual para intercambiar con todas las piezas de mano.
- Un (1) Introdutor de agujas de calibre 0,6-2 mm.
- Un (1) Introdutor Jacobs perforador 6,4 mm.
- Un (1) Anclaje rápido AO.
- Un (1) Contenedor de esterilización con bandeja.
- Un (1) Pedal para consola.
- Exento de mantenimiento rutinario.
- Exento de lubricación de piezas.
- Resistencia al agua IPX9 (High-temperature and high-pressure wáter jets tests) para todas las piezas de mano.

CLÁUSULA 3ª - CONDICIONES GENERALES

Los productos objeto de la presente licitación deberán llevar el marcado CE, y deberán cumplir con la normativa vigente en cada momento, en especial, los previstos en el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios.

Será de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario cualquier tipo de reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en el presente Pliego, resulte de aplicación en relación al objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

3.1 Solicitud y condiciones de entrega de los pedidos

El precio ofertado incluye la instalación, montaje y configuración de los motores en Clínica MC Madrid hasta su correcto funcionamiento.

El suministro se realizará en la Clínica MC Madrid en el plazo máximo de DOS (2) MESES desde la firma del contrato en horario de 8 a 15 horas. Para proceder a la entrega y recepción del equipo, la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con Clínica MC Madrid, desde donde se le darán las instrucciones oportunas.

El suministro se realizará en un transporte adecuado, siendo responsable los adjudicatarios de la mercancía, hasta su entrega en la Clínica.

El equipo descrito en la oferta de la entidad adjudicataria se deberán suministrar con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios, así como montado en el local de destino definitivo, en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de los elementos de embalaje o cualquier otro elemento sobrante que se produzca con motivo del montaje y puesta en marcha.

Todos los costes derivados del transporte hasta el punto de entrega establecido, carga y descarga, montaje, instalación, puesta en funcionamiento y retirada de embalaje, así como la tramitación administrativa que se precise para todas estas actuaciones (licencias, permisos, tasas...) correrán a cargo del adjudicatario y deberán ir incluidos en la oferta presentada.

3.2.- Instalación - Puesta en funcionamiento

La instalación y puesta en funcionamiento del equipo se realizará en un plazo máximo de SIETE (7) DÍAS desde la recepción del mismo.

El adjudicatario será responsable de posibles daños y/o desperfectos que pudiera causar, directamente o a través de sus subcontratistas, a personas o enseres en el proceso de transporte, descarga, instalación, montaje y prueba de funcionamiento del equipo, dentro y fuera de las instalaciones de Clínica MC Madrid, así como durante actuaciones de asistencia técnica o de formación.

El adjudicatario retirará y eliminará todos los residuos asociados a la instalación del equipo (embalajes, protecciones, material de desuso, etc..) mediante medios propios y de acuerdo a la Normativa de aplicación para cada tipo de residuo generado.

Tras la instalación, el adjudicatario facilitará un informe a MC MUTUAL en el que se incluirán como mínimo los datos específicos de los bienes instalados (modelo del equipo, nº de serie, localización, fecha, nombre y apellidos de la persona que hubiere realizado la instalación, etc.).

3.3.- Garantía

El equipo ofertado deberá soportar una Garantía Integral (GI), mínima veinticuatro (24) meses a partir de la fecha definitiva de la instalación (se firmará acta de recepción entre las partes).

Se entiende por Garantía Integral (GI) aquella que asume todos los costes de los materiales de repuesto, la mano de obra del servicio técnico, los desplazamientos, dietas y cualquier otro gasto

necesario invertir en el equipo objeto del contrato, con la finalidad de mantener su funcionamiento correcto.

Durante el periodo de garantía, en caso que la avería suponga la retirada temporal del equipo, el licitador deberá facilitar un equipo de sustitución a Clínica MC Madrid. El equipo de sustitución se entregará en un plazo inferior a 24 horas desde la retirada del equipo a reparar.

3.4.- Interlocución y Asistencia Técnica

La interlocución ha de estar disponible, todos los días laborables en horario de 9 a 17 horas, por mail o telefónicamente, para atender las posibles incidencias relacionadas con el suministro e instalación del equipo. Para ello, se facilitará un número de teléfono, así como una dirección de correo electrónico, así como la/s persona/s destinadas a la citada interlocución.

La cobertura del servicio técnico para el equipo ofertado será, como mínimo, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Las averías serán comunicadas telefónicamente y/o telemáticamente.

El tiempo de respuesta telefónica o telemáticamente será inmediato y el tiempo de respuesta técnica será en un plazo no superior a 8 horas, entendiéndose por tiempo de respuesta técnica el tiempo transcurrido desde que se notifica la anomalía hasta que el técnico se presenta físicamente en las dependencias del centro para proceder a la reparación.

El carácter específico del material a ofertar, obliga a certificar la disponibilidad de cualquier repuesto del equipo ofertados y sus accesorios, en 72 horas.

3.5- Formación

El adjudicatario deberá tras el suministro y verificación del correcto funcionamiento del equipo, proporcionará un programa de formación al personal usuario y técnico, que les proporcione la formación y entrenamiento suficientes para el uso eficaz, eficiente y seguro del equipo.

La formación tendrá la duración suficiente para dar cobertura a todo el personal necesario de la Clínica y no será inferior a una jornada de duración y se basará principalmente en:

- Instrucciones de uso y operación
- Instrucciones de servicio, conservación y seguridad

La formación se llevará a cabo en las instalaciones de Clínica MC Madrid en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS una vez finalizado el suministro e instalación del equipo.

3.6.- Documentación

Se incluirán el manual de uso, técnico y de mantenimiento del equipo en castellano.

Toda la documentación técnica y manuales que se aporten deberán presentarse, además de en soporte papel, en soporte digital.