



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA PARA CLÍNICAS MC MUTUAL EN BARCELONA PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” (EN ADELANTE: MC MUTUAL O LA MUTUA).

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1”

Número de expediente: N202500105

Índice

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DEL CONTRATO	3
CLÁUSULA 2ª - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	3
CLÁUSULA 3ª - RELACIÓN DE ARTÍCULOS.....	15

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “**MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1**” (en adelante, **MC MUTUAL o LA MUTUA**), se especifica en el **apartado 1 de los datos básicos del expediente** del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.2.- Ámbito geográfico. El material objeto de la presente licitación tendrá como destino las Clínicas de MC MUTUAL en Barcelona, sitas en Barcelona (08006), calle Copérnico, nº 58 y en Avda. Alcalde Barnils, 54-60 (Hospital Asepeyo) de Sant Cugat (08174) en Barcelona.

CLÁUSULA 2ª - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1.- Características generales del suministro.

Los productos a suministrar vienen detallados en el **CLÁUSULA Nº 3** del presente **Pliego de Prescripciones Técnicas**.

Dichos productos están definidos mediante una descripción general, en la que en algún producto se puede acompañar de un ejemplo de denominación comercial a efectos meramente orientativos, constituyendo el mismo, no obstante, el estándar de calidad, usabilidad y adecuación a los procedimientos habituales de Clínicas MC Mutual.

La mención de la equivalencia a un tipo de marca determinada tiene como función ayudar y orientar al licitador en la descripción de las características técnicas de los productos objeto de la licitación. En ningún caso se pretende favorecer o descartar ninguna marca comercial ni ningún producto.

De conformidad con la Directiva Comunitaria 93/42 CEE del Consejo de Europa y lo dispuesto en el Real Decreto 159/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, los componentes de la prótesis deberán llevar el marcado CE y cumplir con la normativa vigente en cada momento, en cuanto les sea de aplicación, y lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento (CE) nº 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo.

Durante la vigencia del contrato MC MUTUAL podrá requerir al adjudicatario copia del certificado CE de los artículos ofertados. En caso de ser solicitado, la copia deberá presentarse antes de 48 horas.

Durante el periodo de vigencia del contrato la Mutua se reserva el derecho de devolver los artículos suministrados que no cumplan con las especificaciones técnicas y prestaciones solicitadas para los artículos objeto de la licitación, sin ningún coste por parte de la Mutua.

El incumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego y en el de Condiciones Administrativas Particulares, tanto en lo relativo a los requerimientos generales como en los requisitos técnicos, supondrá la exclusión de la oferta del proceso de valoración.

En el caso de que, durante el contrato, algunos de los productos ofertados sean renovados por otros de la misma gama, con prestaciones análogas o superiores, el fabricante propondrá a Clínicas MC Mutual la opción de suministrar el producto más actualizado, aplicando un precio nunca superior al ofertado. No se admitirán ofertas que incluyan productos obsoletos o descatalogados.

El adjudicatario podrá realizar sustituciones de productos siempre y cuando, dichos cambios hayan sido motivados por considerarse obsoletos o no ajustarse a las necesidades del paciente. Todo cambio o propuesta será comunicado previamente por correo electrónico al médico especialista y no supondrá en ningún caso una merma en cuanto a la calidad exigida.

El médico especialista será quien autorizará expresamente el cambio. El cambio que proponga la ortopedia no deberá suponer incremento del precio del material que se proponga sustituir ni significará un decremento de su calidad.

En alguna ocasión puntual, MC Mutual podrá requerir el suministro de algún artículo distinto de los relacionados en el Excel Detalle de Oferta Económica, o la sustitución de alguno de ellos, por las causas siguientes:

Modificaciones puntuales en las características de los artículos ya incluidos en la presente licitación debido a variaciones en las técnicas utilizadas en MC Mutual.

En tales supuestos excepcionales, el importe del nuevo artículo se fijará tomando como referencia el precio ofertado por el adjudicatario para otro artículo incluido en su oferta, de similares características, siempre y cuando exista crédito por parte de MC MUTUAL y no se sobrepase con ello el importe de adjudicación del contrato. Asimismo, el nuevo artículo pasará a formar parte del catálogo, aplicándosele desde ese momento todas las condiciones del contrato.

El personal asistencial de Clínicas MC Mutual velará por el mantenimiento de los niveles de calidad de los productos suministrados, comunicando a la empresa adjudicataria las incidencias detectadas en el momento de la colocación del artículo y solicitará los cambios cuando así se considere. El adjudicatario está obligado a cambiar el producto cuando éste no ofrezca la prestación adecuada. Correrá a cargo del adjudicatario cuantas rectificaciones imputables a la elaboración y adaptación sean precisas.

Igualmente, en caso de descatalogación de un producto que sea sustituido por otro de análogas características, se mantendrán las condiciones económicas ofertadas para ese producto.

La empresa adjudicataria tendrá que informar a la Mutua, y con antelación suficiente sobre cualquier eventualidad en la disponibilidad comercial de los artículos que pudieran suponer un riesgo de desabastecimiento de los productos objeto del contrato, y proponer la sustitución del producto afectado, siempre y cuando el motivo sea ajeno al adjudicatario.

En caso de imposibilidad de suministro deberán comunicarlo a la Mutua lo antes posible debiendo aportar una alternativa idónea al caso. En el supuesto de que el/la adjudicatario/a pueda reemplazarlo y se adopte tal decisión, será siempre previa autorización de la Mutua.

El material sustituido deberá cumplir con las características solicitadas y ser de igual calidad o superior.

El adjudicatario deberá disponer de recursos materiales y personales propios suficientes y adecuados para la prestación del suministro. Debe contar con el stock suficiente para realizar el suministro en los plazos indicados.

2.1.1.- Alcance del suministro

La relación y el número de artículos que deberá suministrar el adjudicatario durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas se detallan en la Cláusula nº 3 del presente Pliego.

El consumo previsto es orientativo pues durante la vigencia del contrato se suministrarán las ortesis en función de las necesidades de la Mutua, por lo que ésta no queda obligada a llevar a cabo una contratación determinada del suministro, pudiendo, por lo tanto, aumentar o reducir las cantidades establecidas en la Cláusula nº 3. en atención a las necesidades que a lo largo de la vigencia contractual vayan surgiendo, sin superar el importe total.

2.1.2.- Otros gastos

Se consideran incluidos en el contenido del objeto del contrato que se suscriba, todos los gastos que se deriven para su correcta ejecución: suministro, valoraciones por parte del/de los técnico/s ortopeda/s, ajustes, transporte y cuantos aspectos se consideren necesarios hasta la perfecta adaptación del material suministrado a las necesidades del paciente o entrega del material solicitado.

2.1.3.- Interlocución

El adjudicatario deberá designar un interlocutor para atender las posibles incidencias de suministro u otras demandas relacionadas con el mismo. La interlocución ha de estar disponible todos los días laborables, entre las 9:00 h y las 19:00 h, durante todo el año, por correo electrónico o telefónicamente. El licitador proporcionará un correo electrónico y teléfono de contacto para la gestión de las incidencias y para la emisión de pedidos y atención telefónica.

Asimismo, la empresa nombrará la figura de responsable del contrato, para tratar los temas globales concernientes a la ejecución de los circuitos recogidos en el presente documento. De forma periódica la Mutua podrá convocar reuniones para comentar aspectos relacionados con el seguimiento de la calidad del suministro.

2.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

LOTE 1: ORTESIS

Los productos a suministrar y sus características técnicas vienen detallados en la **CLÁUSULA Nº 3** del presente **Pliego de Prescripciones Técnicas**, las cuales serán de carácter obligatorio.

Las características técnicas mencionadas han de entenderse como mínimas y sólo podrán ofertarse artículos de igual calidad técnica o superior.

Pedidos pacientes hospitalizados

Las Clínicas MC Mutual solicitarán los productos de ortesis emitiendo, por correo electrónico, la prescripción médica, al adjudicatario.

El adjudicatario deberá disponer de los medios precisos para atender todas las solicitudes de lunes a viernes, en la franja horaria de 9:00 a 19:00 horas, durante todo el año

El adjudicatario deberá disponer, como mínimo, de dos técnicos ortopédicos.

El técnico especialista en ortopedia se desplazará a las Clínicas para visitar al paciente y para valorar, individualmente, los requerimientos según prescripción médica; facilitará y adaptará la ortesis que realiza la función requerida y en caso de duda contactará directamente con el médico prescriptor.

El técnico especialista en ortopedia, además de verificar la idoneidad del material ortopédico en el momento de la colocación, se desplazará a las Clínicas las veces que se requieran si se precisa ajustar la colocación o se requiere de su presencia para una correcta atención del paciente hospitalizado. En el caso de solicitudes de medias compresivas, el técnico deberá acudir siempre a colocarlas al paciente para comprobar que la talla es la adecuada.

Todos los productos se han de adaptar al paciente en diferente grado y se requiere que el adjudicatario disponga del personal cualificado necesario para los diferentes grados de adaptación que requiere el material.

Para los artículos a medida el plazo de entrega será de máximo 72 horas, excepto presoterapia, que será de dos semanas.

Para el resto de artículos el plazo de entrega máximo será de 24 horas.

En el caso de urgencia, todos los artículos se entregarán en un plazo máximo de 3 horas (excepto los artículos a medida).

En todos los casos el médico dará su visto bueno a la adaptación. A requerimiento del personal médico de Clínicas MC Mutual, la ortopedia emitirá un informe explicativo de la colocación de la órtesis.

Queda incluido en el suministro el desplazamiento del Técnico ortopeda a la Clínicas y la valoración del accidentado.

Pedidos pacientes ambulatorios

Para los pacientes atendidos en las unidades ambulatorias de las Clínicas se pueden dar dos supuestos:

- a) Requerir la presencia del técnico especializado en ortopedia a las dependencias ambulatorias, para que, junto con el médico, valore las necesidades del paciente atendido. En el caso de solicitudes de medias compresivas, el técnico deberá acudir siempre a colocarlas al paciente para comprobar que la talla es la adecuada. El plazo máximo en el que el técnico debe personarse en las dependencias ambulatorias será de 2 horas desde la petición.
- b) Entregar la receta al paciente que se desplace al establecimiento sanitario especializado en productos de ortopedia. En este caso, es un requisito obligado que el paciente sea atendido, en dicho establecimiento, por personal cualificado que tome medidas, adapte el producto al paciente e informe al mismo sobre las características del producto. El plazo máximo de entrega será de 72 horas. En el caso puntual de no poder cumplir con el citado plazo, deberá informarse, tanto al Servicio de Farmacia y al médico prescriptor.

El adjudicatario, a requerimiento del Servicio de Farmacia, para algunos artículos, dotará de un depósito de productos sin cargo alguno en las instalaciones de Clínica Copérnico. Cuando se utilice un producto del mencionado depósito y se adapte al paciente, se procederá a la facturación del producto utilizado.

A requerimiento del médico especialista de Clínicas, la ortopedia emitirá un informe explicativo de la colocación de la órtesis.

Dado que será preciso que los lesionados se desplacen a las instalaciones del adjudicatario para la adquisición del material prescrito, toma de medidas, ajustes y determinados entrenamientos del material ortopédico y dada, la reducida movilidad que puedan presentar en determinadas ocasiones, se exige que el licitador disponga, al menos, de un centro legalmente autorizado para llevar a cabo el suministro en cuestión, situado en la ciudad de Barcelona.

Entrega del suministro

La entrega del producto ha de ir acompañado del correspondiente albarán de entrega que recogerá la siguiente información mínima: número de pedido, número del expediente del contrato,

referencia del artículo, descripción del producto definida por la mutua, precio sin IVA, IVA, precio con IVA y total del albarán.

En el caso de los productos órtesis adaptados o a medida, el albarán deberá indicar la identificación paciente (número de historia clínica e iniciales del nombre del paciente (apellido, apellido y nombre).

El albarán original firmado se entregará en el Servicio de Farmacia para su revisión y sellado. No podrá facturarse ningún albarán sin el sello del Servicio de Farmacia.

La ortopedia ha de proporcionar mensualmente al Servicio de Farmacia de Mutua, un listado informático resumen de las entregas realizadas a las Clínicas. Este listado obligatoriamente ha de estar operativo a partir del primer mes de la contratación.

La información mínima que ha de recoger el mencionado listado , en formato Excel, es la siguiente: número de contrato, referencia del artículo, descripción del producto definida por la Mutua , cantidad suministrada, precio unitario sin IVA, IVA, precio total con IVA, importe total facturado, centro peticionario, identificador de paciente-pedidos individualizados, paciente (número de historia del paciente e iniciales del nombre de paciente), número de expediente del paciente, número de pedido (si es stock) y médico prescriptor.

Asimismo, cuando el Servicio de Farmacia lo requiera, proporcionará un listado informático en formato Excel, del intervalo de fechas que se indiquen, con los siguientes datos: número de contrato, referencia del artículo, descripción del producto definida por la mutua, cantidad total suministrada en el periodo indicado, precio unitario sin IVA, IVA, precio total con IVA e importe total facturado en el periodo indicado.

Catálogo de productos

El licitador elaborará tras la formalización del contrato, un catálogo de productos que incluirá la referencia del artículo, la descripción del producto definida por la mutua, una foto y una breve descripción técnica del producto. La estructura y organización del catálogo será pactado con el Servicio de Farmacia. El catálogo se facilitará en formato PDF e impreso cuando la mutua lo requiera.

LOTE 2: SILLAS DE RUEDAS Y COJINES

Los productos a suministrar y sus características técnicas vienen detallados en **la CLÁUSULA Nº 3** del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, las cuales serán de carácter obligatorio.

Las características técnicas mencionadas han de entenderse como mínimas y sólo podrán ofertarse artículos de igual calidad técnica o superior.

El adjudicatario deberá disponer, como mínimo, dos técnicos especialistas en ortopedia.

Logística del suministro

Solicitudes

Los pedidos se emitirán desde Clínicas MC Mutual vía correo electrónico.

Entrega del suministro

El plazo de entrega del material será de 72 horas desde la emisión del pedido salvo para las sillas configurables y los cojines a medida, en cuyo caso el plazo de entrega será de como máximo 1 mes desde la emisión del pedido.

Dado que será preciso que los lesionados se desplacen a las instalaciones del adjudicatario para la adquisición del material prescrito, toma de medidas, ajustes y determinados entrenamientos del material ortopédico y dada, la reducida movilidad que puedan presentar en determinadas ocasiones, se exige que el licitador disponga, al menos, de un centro legalmente autorizado para llevar a cabo el suministro en cuestión, situado en la ciudad de Barcelona.

La entrega del producto ha de ir acompañado del correspondiente albarán de entrega que recogerá la siguiente información mínima: número de pedido o identificación paciente (número de historia clínica e iniciales del nombre del paciente), número del expediente del contrato, referencia del artículo, descripción del producto definida por la mutua, precio sin IVA, IVA, precio con IVA y total del albarán.

El albarán original firmado se entregará en el Servicio de Farmacia para su revisión y sellado. No podrá facturarse ningún albarán sin el sello del Servicio de Farmacia.

LOTE 3: ORTESIS DE POLIURETANO CON CREMALLERA A MEDIDA

Los productos a suministrar vienen detallados en la **CLÁUSULA Nº 3** del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las siguientes características se considerarán mínimas y de obligado cumplimiento:

- Poliuretano duro solo utilizado para finalidades médicas (tipo “Neofrakt”).
- Cerrado y colocado mediante cremalleras y velcros.
- Se puede retirar y recolocar las veces que, por indicación facultativa, se requiera.
- Fácil colocación mediante cremalleras.
- Ligero, de menor peso (1/3) que los yesos convencionales.
- Dureza y solidez suficiente para mantener la ortesis el tiempo necesario.
- Auto moldeable.
- Se ha de adaptar perfectamente al miembro o zona a inmovilizar ya que la ortesis se realiza a medida.
- Permeable a los rayos X.
- Resistente a la humedad.
- Fácil limpieza.
- Confortable.

La ortesis de poliuretano ha de ser elaborada por personal técnicamente formado para la elaboración de este tipo de ortesis, adaptando la ortesis al accidentado siguiendo, en todo momento, la prescripción del médico especialista en traumatología. El traumatólogo indicará la posición más adecuada del segmento vertebral, con mayor o menor hiperextensión lumbar; en botinas los grados de inclinación prescritos con mayor o menor libertad en los dedos. El material ha de permitir conservar la posición prescrita por el facultativo.

En el caso de la botina, ésta ha de ir acompañada de un “zapato” que permita la carga.

El material ha de fraguar y endurecer completamente como máximo a los 30 minutos y quedar colocado en el accidentado para que ya realice su función desde el mismo momento de su preparación. La parte en contacto con la piel ha de ser 100 % algodón. La preparación deberá conferir la máxima confortabilidad al accidentado; en algunas indicaciones la ortesis deberá llevarse hasta tres meses para su recuperación. La cremallera ha de ser de fácil manejo. Los acabados en dedos y hueso poplíteo (debajo de la rodilla) han de ser confortables y no dañar la piel del accidentado.

La preparación se realizará en las dependencias de la Clínica (habitación en zona de hospitalización, sala de curas unidades ambulatorias, quirófanos).

La ortesis se ha de poder retirar y recolocar fácilmente para control de la evolución de lesiones si las hubiera.

Logística del suministro

Solicitudes

Las solicitudes de suministro para cubrir las necesidades de las Clínica MC Copérnico se emitirán desde el Servicio de Farmacia mediante Fax o correo electrónico.

El adjudicatario deberá disponer, como mínimo, de dos técnicos ortopédicos para la elaboración y colocación de la ortesis en el plazo máximo de 24 horas desde la emisión del pedido.

Entrega y colocación de la ortesis

El adjudicatario, para la elaboración y colocación de la ortesis seguirá las indicaciones del médico traumatólogo de Clínica MC Mutual.

El técnico se desplazará a la Clínica MC Mutual las veces que sean necesarias si el traumatólogo estima necesario revisar la ortesis.

La Mutua proporcionará al licitador un teléfono de contacto para las consultas que estime oportunas realizar en relación a la prestación del suministro. Para las dudas técnicas el licitador

deberá contactar directamente con el médico o con el personal asistencial de la unidad en que está ingresado el paciente.

La entrega del producto ha de ir acompañado del correspondiente albarán de entrega que recogerá la siguiente información mínima: identificación paciente (número de historia clínica e iniciales del nombre del paciente), número del expediente del contrato, referencia del artículo, descripción del producto definida por la mutua, precio sin IVA, IVA, precio con IVA y total del albarán.

Una vez colocada la ortesis, el paciente firmará el albarán de entrega. Si éste no pudiera firmar, por motivos asistenciales, firmará el personal de enfermería responsable de la planta de hospitalización.

El albarán original se entregará en el Servicio de Farmacia para su revisión y sellado. No podrá facturarse ningún albarán sin el sello del Servicio de Farmacia.

CLÁUSULA 3ª - RELACIÓN DE ARTÍCULOS

LOTE 1: Ortesis

Nº	Descripción genérica	Descripción técnica	Unidades estimadas vigencia inicial del contrato
1	ALZA DE 1-3 .	ALZA DE 1 A 3 CM. PARA COMPENSAR DISMETRÍAS. CONFECCIONADO A MEDIDA.	16
2	ALZA DE 4-6 .	ALZA DE 4 A 6 CM PARA COMPENSAR DISMETRÍAS. CONFECCIONADO A MEDIDA.	2
3	PLANTILLAS A MEDIDA	PLANTILLAS CONFECCIONADAS A MEDIDA, DE DIFERENTES DENSIDADES, A PARTIR DE LA HUELLA PLANTAR TOMADA, EN ESTÁTICO Y DINÁMICO, CON SISTEMA DIGITAL. CONFECCIONADA DE DIFERENTES MATERIALES SEGÚN PROCEDA.	148
4	PLANTILLAS BLANDAS DENIS	ORTESIS SOPORTE BLANDO PLANTAR DE DOBLE DENSIDAD PARA DIVERSOS TIPOS DE PIEL. COMPOSICIÓN SILICONA Y POLIURETANO. COLOR: AZUL. CONFECCIONADAS A MEDIDA.	4
5	PLANTILLAS SILICONA	ORTESIS PLANTAR DE SILICONA CON APOYOS DE MENOR DENSIDAD EN LAS CABEZAS METATARSAS ASÍ COMO EN EL TALÓN. FABRICADAS CON SILICONA 100% DE DOS DENSIDADES SIENDA LA MÁS BLANDA LA SITUADA SOBRE EL TALÓN Y EN LAS CABEZAS METATARSAS MEDIANTE ALMOHADILLAS INDEPENDIENTES. TALLAS: 5 TALLAS DISPONIBLES SEGÚN CALZADO. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	16
6	TALONERA A MEDIDA	TALONERA ERGONÓMICA FABRICADA EN SERIE CON MOLDEADOS ANATÓMICOS. COMPOSICIÓN: CAUCHO. TALLAS: 5, 8 Y 10 MM. CONFECCIONADO A MEDIDA. CONFECCIONADAS A MEDIDA.	26
7	TALONERA SILICONA	TALONERAS FABRICADAS EN SILICINA QUE, POR SUS PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS, AMORTIGUAN LOS PUNTOS DE CARGA TANTO DURANTE LA MARCHA COMO EN POSICIÓN ESTÁTICA. COLOR: TRANSPARENTE LIBRE DE LÁTEX COMPOSICIÓN: 100% SILICONA TALLAS (NÚMERO DE CALZADO): 1 (35-38), 2 (39-42) Y 3 (43-46) DOS UNIDADES POR ENVASE. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR	6
8	TALONERA STANDARD	TALONERA BLANDA ANATÓMICA. COMPOSICIÓN GOMA ESPUMA Y FORRO EN PIEL. TALLA UNICA.	28

9	ALZA DE WC SIN TAPA	ELEVADOR DE PLÁSTICO PARA WC SIN TAPA. COMPLETAMENTE SELLADO, RESISTE A LOS OLORES Y LAS MANCHAS. ACABADO SUAVE QUE FACILITA LAS TRANSFERENCIA LATERALES. RECORTE TRASERO DE GRAN TAMAÑO, PARA EL COXIS, QUE PROPORCIONA UNA POSTURA CÓMODA Y FÁCIL ACCESO PARA LA HIGIENE PERSONAL. ADAPTABLE A LA MAYORÍA DE RETRETES APRETANDO LAS DOS PALOMILLAS LATERALES. ALTO: 5 CM, 10 CM, 15 CM ANCHO DEL ORIFICIO: 20 CM FONDO DE ORIFICIO: 27 CM TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
10	BANQUETA ASIENTO "U"	BANQUETA PARA DUCHA CON ASIENTO EN "U" PARA FACILITAR LA HIGIENE ÍNTIMA. MONTAJE SIN HERRAMIENTAS. LOS TORNILLOS LLEVAN UN POMO INCORPORADO QUE FACILITA EL MONTAJE. PRESENTACIÓN EN CAJA CON ASA, PARA QUE EL PACIENTE PUEDA TRANSPORTARLA Y MONTARLA EN SU DOMICILIO. PATAS REGULABLES EN ALTURA FABRICADAS EN ALUMINIO. SISTEMA ANTIDESLIZANTE. ASIENTO Y EL RESPALDO FABRICADOS EN PLÁSTICO. MEDIDAS: ANCHO ASIENTO 41,5 CM, PROFUNDIDAD ASIENTO 36 CM, ALTURA REGULABLE 35,5 – 48,5 CM. PESO MÁXIMO USUARIO: 100 KG. TIPO INDICO REF. EA 201 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
11	BASTON FORMA DE T	BASTÓN DE ALUMINIO MUY LIGERO Y RESISTENTE. ALTURA GRADUABLE DE 77 A 100 CM. CON AJUSTE SILENCIADOR QUE MINIMIZA EL RUIDO DURANTE LA MARCHA. COLOR NEGRO. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	26
12	BASTON INGLES CON BRAZAL BASCULANTE DERECHO O IZQUIERDO	BASTÓN CON PINZA EN ANTEBRAZO. IDEAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD DE MOVIMIENTO QUE QUIERAN QUE SE QUEDE ENGANCHADO EL BASTÓN AL BRAZO. REGULABLE EN ALTURA PARA PACIENTES ENTRE 150 Y 180 CM.	2
13	BASTÓN INGLÉS EXTRALARGO STANDARD	BASTÓN DE ALUMINIO DE GRAN ESTABILIDAD Y 9 POSICIONES DE AJUSTE DE ALTURA A SUELO, CON PUÑO BLANDO PARA UN MAYOR CONFORT. INCORPORA 2 REFLECTANTES, UNO EN LA PARTE DELANTERA Y EL OTRO EN LA TRASERA. SISTEMA ANTIRRUIDO INTEGRADO ENTRE LOS TUBOS QUE PERMITE UNA MARCHA SILENCIOSA. PARA PACIENTES CON ALTURA MAYOR A 180 CM. ALTURA DEL PUÑO AL SUELO: 84 - 104 CM LONGITUD DE CODERA A PUÑO: 23 CM PESO MÁXIMO: 140 KG. SUMINISTRADO EN UNIDADES. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	116
14	CALZADOR MEDIAS DE COMPRESIÓN	PONEMEDIAS PARA MEDIAS DE COMPRESIÓN FABRICADO EN UN SUAVE MATERIAL QUE HA SIDO TRATADO CON UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTOS DE LAS MEDIAS Y MINIMIZANDO LA FRICCIÓN POR LO QUE LA COLOCACIÓN DE LAS MEDIAS ES MUCHO MÁS FÁCIL Y SIN MUCHO ESFUERZO. TIPO EASY SLIDE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

15	CAMINADOR ALUMINIO CON RUEDAS	CAMINADOR DE ALUMINIO PLEGABLE, CON CUATRO RUEDAS Y REGULABLE EN ALTURA. MUY LIGERO Y FÁCIL DE PLEGAR. PESO MÁXIMO: 100 KG ALTURA REGULABLE: 80 - 94 CM ASIENTO ACOLCHADO DE 40 X 20 CM. ALTURA DEL ASIENTO: 52 CM. ANCHO TOTAL: 58 CM FONDO TOTAL: 62 CM TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
16	CAMINADOR DE ALUMINIO SIN RUEDAS	CAMINADOR DE ALUMINIO PLEGABLE, ARTICULADO Y MUY LIGERO. SE PUEDE AVANZAR ALTERNATIVAMENTE A IZQUIERDA Y A DERECHA. PESO MÁXIMO: 100 KG ALTURA REGULABLE: 79 - 91 CM ANCHO TOTAL: 64 CM TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
17	CONTERA CON BASE DE GRAN DIÁMETRO	CONTERA PARA BASTÓN O MULETA AXILAR DE GRAN TAMAÑO PARA PROPORCIONAR MÁXIMA SEGURIDAD Y ADHERENCIA. BASE DE 70 MM PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y CONFIANZA DURANTE LA DEAMBULACIÓN. NO SE HUNDE EN LOS TERRENOS BLANDOS. FABRICADA EN CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN DURACIÓN. DIÁMETRO: 17 MM Y 19 MM. SUMINISTRADO EN UNIDADES. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
18	CONTERA PARA MULETA AXILAR DIAMETRO 19 MM	CONTERA PARA BASTÓN O MULETA AXILAR FABRICADA EN CAUCHO. DIÁMETRO: 19 MM SUMINISTRADO POR PARES TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
19	CONTERA PARA MULETA AXILAR DIAMETRO 22 MM	CONTERA PARA BASTÓN O MULETA AXILAR FABRICADA EN CAUCHO. DIÁMETRO: 22 MM SUMINISTRADO POR PARES TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
20	MULETA AXILAR CON DOBLE REGULACIÓN	MULETA AXILAR DE ALUMINIO CON DOBLE REGULACIÓN. LIGERAS Y SEGURAS. PESO MÁXIMO: 125 KG. TALLAS: M (ALTURA PERSONA DE 1,60 A 1,75 M) Y G (ALTURA PERSONA DE 1,75 CM A 1,95 CM) TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	94

21	MULETAS ADAPTADAS	MULETA DISEÑADA PARA EVITAR LOS DOLORES Y LESIONES QUE PROVOCAN EL USO CONTINUADO DE MULETAS EN MANOS Y MUÑECAS. MEJORA LA POSTURA CORPORAL Y REDUCE EL GASTO ENERGÉTICO. ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NEGRO. LIGERO Y RESISTENTE. APOYO DE ANTEBRAZO PARA DISTRIBUIR EL PESO POR TODAS LA SUPERFICIE DEL ANTEBRAZO Y LIBERAR LA CARGA DE MANOS Y MUÑECAS. SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN QUE REDUCE EL IMPACTO EN LOS HOMBROS. CINTA DE SUJECCIÓN DE PLÁSTICO FLEXIBLE. EMPUÑADURA ERGONÓMICA. ACOLCHADO LAVABLE E INTERCAMBIABLE, CON NÚCLEO DE NEOPRENO Y CAPAS DE VELCRO Y NYLON. CONTERA DE CAUHO ANCHA Y FLEXIBLE PARA UN APOYO MÁS SEGURO Y ESTABLE. ALTURA MULETA: 96-121 CM. CON 17 REGULACIONES CON CLIP DE AJUSTE, UNA REGULACIÓN CADA 1,5 CM. INCLINACIÓN MANO: 100º DE INCLINACIÓN QUE MANTIENE LA ERGONOMÍA DE LA MANO. INCLINACIÓN DEL ANTEBRAZO: 30º DE INCLINACIÓN NECESARIA PARA LIBERAR UN MÍNIMO DEL 50% DEL PESO QUE SOPORTAN MANOS Y MUÑECAS. LONGITUD ANTEBRAZO: 20-34 CM. CON 10 REGULACIONES, UNA REGULACIÓN DEL 1,5 CM. PESO MULETA: 0,996 KG PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 100 KG. ALTURA DEL USUARIO: 150 CM - 190 CM. TIPO KMINA PRO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
22	MULETAS CON AMORTIGUACIÓN	MULETA CON AMORTIGUACIÓN. TUBO INFERIOR: ALUMINIO DE ALTA CALIDAD 5086 PINTADO CON RECUBRIMIENTO EPOXI, LONGITUD 605 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 19 MM, CON DOS AGUJEROS DE 6 MM PARA REGULACIÓN DE ALTURA. EQUIPO CON "STOPPER" EN EL EXTREMO SUPERIOR PARA REDUCIR EL RUIDO. TUBO SUPERIOR: ALUMINO DE ALTA CALIDAD 5086 PINTADO CON RECUBRIMIENTO EPOXI, LONGITUD 780 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 22 MM, CON 7 AGUJEROS DE 6 MM PARA REGULACIÓN DE ALTURA. EQUIPO CON UN ANILLO DE PLÁSTICO EN EL EXTREMO INFERIOR PARA REDUCIR EL RUIDO. SOPORTE PARA ANTEBRAZO: FABRICADO EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO. DISTANCIA ENTRE LADOS 94 MM. CON AMORTIGUADOR INTEGRADO QUE PERMITE UN MOVIMIENTO VERTICAL DE 32 MM, CON EMPUÑADURA EXTRAIBLE CUBIERTA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE SUAVE DE 10 MM. EQUIPADO CON PROTECCIÓN PARA EL ANTEBRAZO DE MATERIAL BLANDO. CONTERA CON DISEÑO FLEXIBLE PARA UN MÁXIMO CONTACTO Y ADHERENCIA. EQUIPADA EN SU INTERIOR CON UN ANILLO DE ACERO ANTI-PERFORACIÓN. REEMPLAZABLE. AJUSTABLE A 14 ALTURAS DIFERENTES: DE 765 A 1065 MM (ALTURA DEL AGARRE). EQUIPADO CON UN CLIP DE SEGURIDAD PARA UN AJUSTE FÁCIL Y SEGURO. PESO: 600 G PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 130 KG TIPO FDI FRANCE MEDICAL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

23	SILLA DE RUEDAS HIGIÉNICA PARA BAÑO	SILLA DE DUCHA CÓMODA, SEGURA Y FÁCIL DE USAR. RESISTENTE Y DURADERA. LAS TRANSFERENCIAS SON CÓMODAS Y SEGURAS: LOS REPOSABRAZOS SE PUEDEN DESMONTAR O ROTAR HACIA AFUERA Y LOS REPOSAPIÉS SE DESLIZAN SUAVEMENTE DEBAJO DEL ASIENTO. GIRA CON FACILIDAD EN ESPACIOS ESTRECHOS. EL ASIENTO ESTÁ COMPLETAMENTE ABIERTO EN LA PARTE TRASERA EN VEZ DE EN LA FRONTAL, LO QUE FACILITA AL CUIDADOR LA ACCESIBILIDAD PARA LA HIGIENE ÍNTIMA. SE COLOCA FÁCILMENTE SOBRE CUALQUIER WC. VARIOS MODELOS DISPONIBLES: - ALTURA ASIENTO 49 CM CON 2 RUEDAS CON FRENO - ALTURA ASIENTO 55 CM CON 2 RUEDAS CON FRENO - ALTURA ASIENTO 49 CM CON 4 RUEDAS CON FRENO - ALTURA ASIENTO 55 CM CON 4 RUEDAS CON FRENO --- ANCHO ENTRE BRAZOS: 43 CM --- ANCHO ASIENTO: 48 CM --- ANCHO TOTAL: 52 CM --- FONDO TOTAL: 86 CM --- ALTURA MÁXIMA DEL INODORO: ALTURA ASIENTO 49 CM = 43 CM Y ALTURA ASIENTO 55 CM = 48 CM PARA EL MODELO CON ASIENTO REGULABLE EN ALTURA - ALTO ASIENTO: DE 48 A 60 CM - ANCHO ENTRE BRAZOS: 43 CM - ANCHO ASIENTO: 48 CM - ANCHO TOTAL: 54 CM - FONDO TOTAL: 86 CM - ALTURA MÁXIMA DEL INODORO: DE 43 A 54 CM COLOR: BLANCO O VERDE (SEGÚN MODELO) PESO TOTAL: 14 KG PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 130 KG ESTA SILLA CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR DIFERENTES ACCESORIOS. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
24	TABLA DE BAÑERA	TABLA PARA BAÑERA CON UN EXTREMO MÁS ANCHO QUE FACILITA LA ENTRADA A LA BAÑERA Y UNA PARTE MÁS ESTRECHA QUE PROPORCIONA MEJOR ACCESO PARA LA HIGIENE ÍNTIMA. INCORPORA UNA ASIDERA PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO. MATERIAL RECICABLE. DISPONIBLE EN DOS MEDIDAS: - PARA BAÑERA ESTRECHAS: ANCHO 69 CM Y DISTANCIA ENTRE PATAS: 33 - 60 CM - PARA BAÑERAS ANCHAS: ANCHO 74 CM Y DISTANCIA ENTRE PATAS: 39 - 64 CM PESO MÁXIMO: 150 KG TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
25	CASCO HECHO A MEDIDA	CASCO DE PESO LIGERO ESTÁ FABRICADO EN IMPRESIÓN 3D, FORRO INTERIOR CON UNA GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PROVISTO DE ARNÉS MENTONIANO Y CIERRE AJUSTABLE.	2
26	BOTA GRAN APERTURA PARA APARATOS CON CORDONES	BOTA GRAN APERTURA PARA APARATOS UNISEX. BOTA FUERTE Y RESISTENTE QUE PROPORCIONA GRAN CONFORT Y ESTABILIDAD. CON CORDONES Y CONTRAFUERTE. SIN COSTURAS EN EL FORRO INTERNO. COMPOSICIÓN: PIEL BOXCALF COLOR NEGRO Y PISO DE CUERO FLEXIBLE. ANCHO 16, PLANTILLA EXTRAIBLE Y HORMA Z. DISPONIBLES DE TALLAS DE LA 33 A LA 48. TIPO CLEMENT SALUS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
27	BOTAS A MEDIDA	BOTAS REALIZADAS MANUALMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PACIENTE Y SUS NECESIDADES.	2

28	ZAPATO PARA PIES DELICADOS	ZAPATO UNISEX PIEL PARA APARATOS. ZAPATO CON VELCRO Y CONTRAFUERTES, CON PLANTILLA EXTRAIBLE Y FORRO DE PLASTAZOTE. ANCHO ESPECIAL: - 16 (PLASTO FINA) - 18 (PLASTO ANCHA) HORMA PLASTO FINA Y PLASTO ANCHA. COMPOSICIÓN: PIEL KAISER NEGRO, FORRO PLASTAZOTE, PISO COPESAX MICROPOROSO Y CUÑA NEGRO. COLOR: NEGRO DISPONIBLE EN 17 TALLAS: 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48. TIPO CLEMENT SALUS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
29	ZAPATO POSTQUIRÚRGICO	ZAPATO PARA SITUACIONES POST-OPERATORIAS Y POST-TRAUMATISMOS. TEJIDO DE ESPUMA PARA EL EMPEINE CON SUELA SEMIFLEXIBLE Y ANTIDESLIZANTE Y CÓMODO TALÓN CONTORNEADO. CINCHAS DE CIERRE DE VELCRO. SIN PUNTERA. TALLAS: - MODELO BILATERAL - TALLAS: XS, S, M, L, XL Y XXL TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	90
30	ZAPATO POSTQUIRÚRGICO DE CUÑA INVERTIDA	ZAPATO PARA SITUACIONES POST-OPERATORIAS Y POST-TRAUMATISMOS EN TALÓ. FABRICADO BAJO UNA HORMA NEUTRA PUDIENDO ADAPTARSE TANTO PARA EL PIE IZQUIERDO COMO DERECHO. SUELA ANTIDESLIZANTE Y SISTEMA DE CIERRE VELCRO QUE PERMITE LA ADAPTACIÓN EN PIES CON GRANDES DEFORMIDADES O CON VENDAJES POSTOPERATORIOS. CONFECCIONADO EN MATERIAL TRANSPIRABLE Y SIN PUNTERA, IDÓNEO PARA LA CIRUGÍA DE DEDOS Y ANTEPIÉ. CON REFUERZO RÍGIDO EN EL TALÓN, IDEAL PARA PROBLEMAS EN LA ZONA DEL CALCÁNEO. COLOR: NEGRO LIBRE DE LÁTEX MATERIALES DE ESTRUCTURA: 100% POLIÉSTER TALLAS (NÚMERO DE CALZADO): 0 (33-35), 1 (36-38), 2 (39-40), 3 (41-42) Y 4 (43-45) TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
31	ZAPATOS A MEDIDA	ZAPATO REALIZADO MANUALMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PACIENTE Y SUS NECESIDADES.	2
32	COLLARIN PARA ARTRODESIS	COLLARÍN CERVICAL SEMIRRÍGIDO PARA SOPORTE LIGERO. ACOLCHADO CUBIERTO CON TEJIDO 100% ALGODÓN. CIERRE AUTO-ADHESIVO. PERÍMETRO DE CUELLO: 43-47 CM DISPONIBLE EN DOS ALTURAS: 7,5 CM Y 9,5 CM. COLOR: AZUL TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

33	COLLARIN PHILADELPHIA	COLLARÍN PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL Y LA EXTRACCIÓN. ESQUINA PREMOLDEADA DE POLIETILENO LIGERA CON DOS PIEZAS DE PLÁSTICO RÍGIDO QUE DAN APOYO FRONTAL Y OCCIPITAL. EL COLLARÍN MANTIENE LA CABEZA EN LA LLAMADA POSTURA NEUTRAL. LAMINACIÓN PLÁSTICA EN DOS PIEZAS DE ESPUMA. APERTURA TRAQUEAL. CIERRE LATERAL MEDIANTE VELCROS. REMACHES RADIOTRSPARENTES. SE PUEDE INCORPORAR EL COLLARÍN EN UNA MOLDURA DE ESCAYOLA DE CUERO ENTERO. TALLAS: S, M Y L. ALTURA CUELLO: 8,3 CM; 10,8 CM Y 13,3 CM. COLOR: BEIGE. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
34	ORTESIS CERVICAL TIPO S.O.M.I.	ORTESIS CERVICAL TIPO S.O.M.I. MANTIENE INMÓVIL CONTINUAMENTE LA CABEZA DEL PACIENTE APOYO DORSAL QUE PERMITE AL PACIENTE TUMBARSE CON COMODIDAD PERMANECIENDO LA CABEZA INMÓVIL POSIBILIDAD DE ADAPTARSE A PACIENTE SOMETIDOS A TRACCIÓN. TAMAÑO: PEQUEÑO Y GRANDE	2
35	ORTESIS ESTABILIZADORA CADERA EN ABD ARTICULADA	ORTESIS ESTABILIZADORA DE CADERA INDICADA PARA POST-CIRUGÍAS DE CADERA, CASOS DE ARTROPLASTIA E INESTABILIDADES CRÓNICAS E INOPERABLES. PARA PACIENTES CON ABDUCTORES DÉBILES DE CADERA QUE NECESITAN PREVENIR LUXACIONES. PARA PACIENTES MAYORES EN RIESGO DE LUXACIÓN. COMO USO PREVENTIVO DE REFUERZO DE LA CADERA. CINTURÓN DE COMPRESIÓN DISEÑADO PARA PROPORCIONAR APOYO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA. PROTEGE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y RANGO LIMITADO DE MOVIMIENTO DESPUÉS DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. LA JUNTA VIRTUAL SE CONFIGURA FÁCILMENTE PARA CONTROLAR O LIMITAR LA FLEXIÓN DE LA CADERA, EXTENSIÓN, ADUCCIÓN Y ABDUCCIÓN. PERSONALIZABLE FÁCILMENTE PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE EXACTO. PROPORCIONA UNA ALTERNATIVA LIGERA A OTRAS ÓRTESIS DE CADERA. LA ALMOHADILLA SITUADA EN EL LATERAL ESTÁ DISEÑADA PARA MANTENER LA CABEZA DEL FÉMUR EN EL ACETÁBULO. TALLA UNIVERSAL Y BILATERAL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
36	MUSLERA DE NEOPRENO	MUSLERA DE NEOPRENO ABIERTA Y AJUSTABLE MEDIANTE VELCROS PARA MAYOR SUJECCIÓN. BILATERAL. TALLA ÚNICA. COMPOSICIÓN: 3,2 MM DE NEOPRENO FORRADO DE NYLON POR AMBOS LADOS. LIBRE DE LÁTEX. TIPO MC DAVID DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

37	BOTA DESCARGA CON PLANTILLAS PARA PIES DELICADOS	BOTA DE DESCARGA CON PLANTILLAS PARA PIES DIABÉTICOS, DELICADOS Y CON ULCERACIONES. ESTABILIZA LA ARTICULACIÓN TIBIO TARSIANA Y ESTÁ DOTADA DE SUELA TIPO BALANCÍN PARA FACILITAR LA MARCHA. CONTIENE 3 PLANTILLAS COMPUESTAS DE 3 COLORES QUE SE COMBINAN SEGÚN EL PESO DEL PACIENTE. DISPONE DE CIERRE DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR QUE LA HERIDA PERMANEZCA CERRADA HASTA LA NUEVA CURA. DISPONE DE 4 BANDAS DE CIERRE, DOS A NIVEL TIBIAL, UNO A NIVEL DE MALÉOLOS Y OTRO EN EL ANTEPIÉ EN LA BASE DE LOS METATARSIANOS. TALLAS: S (35-37), M (38-40), L (41-43) Y XL (44-46). TIPO OPTIMA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
38	BOTA WALKER ARTICULADA	BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. POSIBILIDAD DE AJUSTAR LA AMPLITUD DE 45 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR A 30 GRADOS DORSIFLEXIÓN EN INCREMENTOS DE 7,5 GRADOS. BLOQUEO POSIBLE A 0 GRADOS, 7,5 GRADOS, 15 GRADOS, 22,5 GRADOS Y 30 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR O DORSAL. FUNDA SIN COSTURA EN EL TALÓN. SUELA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO. REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN PLANTAR. BARRAS TERMOCONFORMABLES PARA UN MEJOR AJUSTE. CORREAS AJUSTABLES. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (34-37,5), M (38-43,5), L (44-46,5) Y XL (≥ 47). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	150
39	BOTA WALKER ARTICULADA CORTA	BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. POSIBILIDAD DE AJUSTAR LA AMPLITUD DE 45 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR A 30 GRADOS DORSIFLEXIÓN EN INCREMENTOS DE 7,5 GRADOS. BLOQUEO POSIBLE A 0 GRADOS, 7,5 GRADOS, 15 GRADOS, 22,5 GRADOS Y 30 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR O DORSAL. FUNDA SIN COSTURA EN EL TALÓN. SUELA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO. REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN PLANTAR. BARRAS TERMOCONFORMABLES PARA UN MEJOR AJUSTE. CORREAS AJUSTABLES. TALLAS: - MODELO BILATERAL - MODELO CORTO - NÚMERO CALZADO: S (34-37,5), M (38-43,5), L (44-46,5) Y XL (≥ 47). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
40	BOTA WALKER CON CUÑAS	ORTESIS INMOVILIZADORA DE TOBILLO LARGA CON CUÑAS INTERNAS REMOVIBLES. INDICADA PARA FRACTURAS ESTABLES DEL TERCIO INFERIOR DE LA PIERNA, EL TOBILLO O EL PIE; ESGUINCE GRAVE DE TOBILLO Y POST-OPERATORIO. PROTECCIÓN DE CARCASA INTEGRAL. CON 2 CÉLULAS NEUMÁTICAS ESTÁNDAR. CON DOS CÉLULAS DE AIRE DISTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE. TIENE EN CUENTA EL EQUILIBRIO CONTRALATERAL. OFRECE UN NIVEL MODERADO DE APOYO. DE FÁCIL APLICACIÓN Y AJUSTES PRÁCTICOS QUE PERMITEN ACOMPAÑAR LAS EVOLUCIONES DE UN TRAUMATISMO Y EDEME. CON CUÑAS ADICIONALES PARA AQUILES INTERVENIDOS. MODELO BILATERAL. TALLAS: XS ($<35,5$), S (35,5-39,5), M (39,5-43), L (43-47) Y XL (>47). TIPO DJO AIRCAST DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

41	BOTA WALKER NEUMÁTICA	BOTA INMOVILIZADORA CON SISTEMA DE CÁMARA DE AIRE INTERNA PARA UNA MEJOR SUJECCIÓN DEL PIE Y DEL TOBILLO. DISPONE DE DOS CÉLULAS DE AIRE DISTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE. TIENE EN CUENTA EL EQUILIBRIO CONTRALATERAL. PROTECCIÓN DE CARCASA INTEGRAL. FÁCIL APLICACIÓN Y AJUSTES PRÁCTICOS QUE PERMITEN ACOMPAÑAR LAS EVOLUCIONES DE UN TRAUMATISMO Y EDEMA. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (35,5-39,5), M (39,5-43), L (43-47) Y XL (> 47). TIPO DJO AIRCAST DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
42	BOTA WALKER SIN ARTICULACIÓN	BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. DISEÑO MUY LIGERO Y FORMA ERGONÓMICA QUE AYUDA A DISMINUIR EL NIVEL DE PRESIÓN SOBRE LOS MÉLÉOLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA. SOPORTES LATERALES QUE INCORPORAN ZONAS DE CONTACTO ANATÓMICAMENTE PRE-FORMADAS. EL DISEÑO ANATÓMICO DE LOS SOPORTES LATERALES PUEDE ACOMODAR UNA LARGA AMPLITUD DE TALLAS DE PIERNAS. SUELA SIN ARISTAS Y ANTIDESLIZANTE QUE ABSORBE LOS CHOQUES Y PERMITE REDUCIR LOS IMPACTOS DEL TALÓN DURANTE LA DEAMBULACIÓN. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (36-39), M (40-44), L (44-46) Y XL (> 46). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	26
43	BOTA WALKER SIN ARTICULACIÓN CORTA	BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. DISEÑO MUY LIGERO Y FORMA ERGONÓMICA QUE AYUDA A DISMINUIR EL NIVEL DE PRESIÓN SOBRE LOS MÉLÉOLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA. SOPORTES LATERALES QUE INCORPORAN ZONAS DE CONTACTO ANATÓMICAMENTE PRE-FORMADAS. EL DISEÑO ANATÓMICO DE LOS SOPORTES LATERALES PUEDE ACOMODAR UNA LARGA AMPLITUD DE TALLAS DE PIERNAS. SUELA SIN ARISTAS Y ANTIDESLIZANTE QUE ABSORBE LOS CHOQUES Y PERMITE REDUCIR LOS IMPACTOS DEL TALÓN DURANTE LA DEAMBULACIÓN. TALLAS: - MODELO BILATERAL - MODELO CORTO - NÚMERO CALZADO: S (36-39), M (40-44), L (44-46) Y XL (> 46). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
44	CAZOLETA TERMOPLÁSTICO ARTICULADA PARA YESO FUNCIONAL	CAZOLETA CON PROLONGACIÓN PARA LA UNIÓN DE YESOS U ORTESIS FUNCIONALES. LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO QUEDA CONTROLADA POR LA FLEXIBILIDAD DEL MATERIAL. DERIVA LA CARGA HACIA LA POLAINA FUNCIONAL. CONFORMADAS PARA EL TRATAMIENTO FUNCIONAL DE CADA SEGMENTO EN MATERIAL DE FÁCIL ADAPTACIÓN, RECORTE Y AJUSTE. FORRO INTERNO DE TACTO AGRADABLE QUE EVITA DESLIZAMIENTOS AL TIEMPO QUE ALMOHADILLA. CINTAS DE AJUSTE CON TERMINALES Y REMOVIBLES. PIEZAS ARTICULARES PARA LA CONFECCIÓN DE ORTESIS O YESOS FUNCIONALES. DERECHA E IZQUIERDA. TALLAS: L Y XL. TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
45	CORRECTOR DE SILICONA ANTEPIE Y DEDOS A MEDIDA	CORRECTOR DE SILICONA PARA ANTEPIE Y DEDOS DEL PIE CONFECCIONADO A MEDIDA	2

46	FÉRULA ANTIEQUINA Y ANTIRROTATORIA	ORTESIS PARA EL POSICIONAMIENTO DE MIEMBRO INFERIOR. ANTIDECÚBITO DE TALÓN. ALMOHADILLADOS CÓMODOS PARA EL PACIENTE. ESPUMA CONFORMADA EN LA ZONA DE LA PANTORRILLA. HUECO EN LA ZONA DEL TALÓN QUE PREVIENE DE POSIBLES ESCARAS. TRIÁNGULO PLANTAR QUE PERMITE LA REGULACIÓN ROTACIONAL INTERNA O EXTERNA HASTA 15 GRADOS. TALLAS: NORMAL (HASTA RODILLA) Y LARGA (INCLUYE RODILLA) TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
47	FERULA ANTIEQUINO DE MARCHA T/ RANCHO	FÉRULA DINÁMICA DE TERMOPLÁSTICO MODELADA ABASTANDO DESDE EL ANTIPIÉ HASTA LOS GEMELOS. ORTESIS TIBIAL QUE EFECTÚA LA FLEXIÓN DORSAL Y LIMITA LA FLEXIÓN PLANTAR. "RANCHO DE LOS AMIGOS" EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 3-4 MM. MODELOS: CORTA HASTA MTT PARA DEAMBULAR O LARGA PARA REPOSO LADO DERECHO O IZQUIERDO. TALLAS: S, M, L, XL Y XXL.	2
48	FERULA POSTERIOR ANTIEQUINO	FERULA POSTERIOR ANTIEQUINO ORTESIS TIBIAL QUE EFECTUA LA FLEXIÓN DORSAL Y LIMITA LA FLEXIÓN PLANTAR INCLUYE ALMOHADILLA PARA LA PANTORRILLA. COLOR BLANCO SEMITRANSARENTE. LADO DERECHO O IZDO. COMPOSICIÓN: PROPILENO Y CIERRE DE VELCRO. TALLAS: 35-37 / 37-39 / 39-41 / 41-44 / 44-47 TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
49	FERULA POSTERIOR ANTIEQUINO - A MEDIDA	FERULA DINÁMICA DE TERMOPLÁSTICO MODELADA ABASTANDO DESDE EL ANTIPIÉ HASTA LOS GEMELOS. ORTESIS TIBIAL QUE EFECTÚA LA FLEXIÓN DORSAL Y LIMITA LA FLEXIÓN PLANTAR. "RANCHO DE LOS AMIGOS" EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 3-4 MM. CONFECCIONADO A MEDIDA SOBRE MOLDE PUDIENDO PRESENTAR ALETAS ANTI-VALGO SEGÚN PRESCRIPCIÓN.	2
50	ORTESIS ACTIVA DE TOBILLO SEMIRRÍGIDA CON ESTABILIZADORES LATERALES	ORTESIS PARA INESTABILIDADES DE TOBILLO. INCORPORA UN ESTABILIZADOR MOLDEADO EN UN ÁNGULO DE 60 GRADOS PARA AYUDAR A PROTEGER CONTRA ESGUINCES Y PREVENIR TORCEDURAS. FABRICADO EN MATERIAL TRANSPIRABLE PARA UN CONFORT FRESCO. DISEÑO ANATÓMICO Y LIGERO QUE ENCAJA FÁCILMENTE EN CALZADO DEPORTIVO. CON UN ÚNICA CORREA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN. COLOR NEGRO Y GRIS. LADO DERECHO E IZQUIERDO. TALLAS: S (35-38), M (39-42) Y L (43-47). TIPO DJO AIRCAST DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	14

51	ORTESIS ANTIEQUINO DINÁMICA CON RESORTE MEDIAL Y PLANTILLA	FERULA QUE LEVANTA Y SOSTIENE EL PIE INCAPACITADO HACIENDO POSIBLE UN PASO NORMAL. SU ESTRUCTURA SENCILLA, PERO EFICAZ, PERMITE LLEVARLA CON CUALQUIER TIPO DE ZAPATO O BOTA. EL SISTEMA DE FLEJES ESTÁ DISEÑADO DE MANERA QUE FUNCIONA COMO UNA "ARTICULACIÓN FLOTANTE" PARA PREVENIR CUALQUIER TIPO DE DEFORMACIÓN EN LA ZONA PLANTAR DEL TOBILLO. EL REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO EN EL SISTEMA DE FLEJES Y EN LA PLETINA DE SOPORTE PROPORCIONA AL DISPOSITIVO UN MEJOR ASPECTO ESTÉTICO AL TIEMPO QUE PROTEGE LA ROPA DEL USUARIO. COMPOSICIÓN: GUÍA PORTADORA DE ACERO, PALMILLA DE PVC, ABRAZADERA DE ACERO Y FUNDA DE FIJACIÓN DE CAUCHO ETILENO-PRIPILENO TERMO-DILATANTE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - NÚMERO CALZADO: DEL 36 AL 45 TIPO EFMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
52	ORTESIS ANTIEQUINO PROGRESIVA	ORTESIS QUE PERMITE LA APLICACIÓN CONTROLADA DE UN ESTIRAMIENTO PROLONGADO EN LA FASCIA PLANTAR Y EL TENDÓN DE AQUILES. LIGERO, ROBUSTO, CARCASA FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA. CORREAS AJUSTABLES BILATERALES DORSI-FLEXIÓN. FORRO DE TEJIDO FRESCO Y CORREAS ACOLCHADAS EN LA PANTORRILLA Y TOBILLO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. CUÑA ADICIONAL PARA EL ESTIRAMIENTO ADICIONAL SOBRE LA FASCIA PLANTAR. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (<38), M (38-44), L (44-46,5) Y XL (> 47). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	24
53	ORTESIS DESCARGA CALCANEÓ	ORTESIS PARA DESCARGA DE CALCANEÓ PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO FUNCIONAL DE FRACTURA DE TALÓN. MANTIENE EL PROCESO DE GIRO FISIOLÓGICO. ALIVIA EL CALCÁNEO AL RODEAR EL ARCO LONGITUDINAL Y DAR SOPORTE A LA PANTORRILLA. CON ACOLCHADO ADICIONAL PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DE FORMA CONTROLADA. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - NÚMERO CALZADO: S (36-41), M (42-46) Y L (47-50) TIPO OTTOBOCK DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	26
54	POLAINA TIBIAL PARA ADAPTAR A CAZOLETA TERMOPLÁSTICO	POLAINA TIBIAL A MEDIDA PARA ADAPTAR A CAZOLETA DE TERMOPLÁSTICO. TALLAS: M, L Y XL. CONFECCIONADO A MEDIDA.	2
55	SEPARADOR INTERDIGITAL	SEPARADOR EN FORMA DE CARRETE FABRICADO CON GEL POLÍMERO VISCOELÁSTICO NO TÓXICO, HIPOALERGÉNICO, DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO Y QUE NO FAVORECE EL CRECIMIENTO BACTERIANO. LIBRE DE LÁTEX. COMPOSICIÓN: 100% GEL POLÍMERO COLOR: TRANSPARENTE TALLAS: S, M Y L TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

56	TOBILLERA ANTIEQUINO	TOBILLERA ANTIEQUINO PARA ESTABILIZAR EL PIE SITUÁNDOLO EN LIGERA POSICIÓN DE PRONACIÓN Y EXTENSIÓN DORSAL. LIMITA LA ROTACIÓN, LA FLEXIÓN PLANTAR Y LA SUPINACIÓN POR MEDIO DE SUJECCIÓN DINÁMICA. CARACA DE PLÁSTICO DORSOMEDIAL QUE SITÚA EL PIE EN POSICIÓN DE PRONACIÓN. TOBILLO EXTERIOR EXPUESTO. RESISTENTE AL AGUA. LADO DERECHO E IZQUIERDO. TALLAS: 35-37 / 37-39 / 39-41 / 41-44. TIPO OTTOBOCK DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
57	TOBILLERA ANTIEQUINO TIPO FOOT-UP	DISPOSITIVO DE APOYO ANTIEQUINO QUE ELEVA EL ANTEPIÉ, PERMITIENDO LA FLEXIÓN PLANTAR EN EL APOYO DEL TALÓN, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA FASE DE DESPEGUE. EVITA EL RIESGO DE TROPIEZOS CON ELEMENTOS COMUNES, COMO ALFOMBRAS, BORDILLOS E IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE. CONSTA DE 2 COMPONENTES, UNA CINCHA SUPRAMALEOLAR POR ENCIMA DE LOS MALEÓLOS Y UN SOPORTE DE UNIÓN, ANTIDESLIZANTE, PARA FIJAR ENTRE LA LENGÜETA Y LOS CORDONES DEL CALZADO POR MEDIO DE UN ANCLAJE CENTRAL TIPO GANCHO. AMBAS PARTES SE UNEN GRACIAS A UN ELÁSTICO PARA LA TRACCIÓN, REGULABLE, PARA UNA MAYOR O MENOR FLEXIÓN. EN LA ZONA POSTERIOR DE LA CINCHA INCLUYE UN ALMOHADILLADO INTERIOR EN GEL PARA UN MAYOR CONFORT EN EL TENDÓN DE AQUILES, Y EN LA ZONA DEL EMPEINE SE ENCUENTRA FORRADA PARA EVITAR FRICCIONES Y COMPRESIONES NO DESEADAS. FORMA ANATÓMICA EN LA ZONA DEL TALÓN DE AQUILES PARA MEJORAR EL CONFORT Y EVITAR ZONAS DE PRESIÓN LOCAL. INCORPORACIÓN DE ORIFICIOS PARA MEJORAR LA TRANSPIRABILIDAD Y DE 2 ALMOHADILLAS DE GEL ADICIONALES PARA MEJORAR EL CONFORT. TALLAS (POR ENCIMA DE MALÉOLOS): 0 (13-17 CM), 1 (17-21 CM), 2 (21-25 CM) Y 3 (25-29 CM). COLOR: NEGRO O BEIGE. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
58	TOBILLERA CON ESTABILIZADORES LATERALES Y CÁMARA DE AIRE	ORTESIS DE TOBILLO EN TERMOPLÁSTICO EN FORMA DE "U" FORRADO EN SU INTERIOR POR UN ACOLCHADO BLANDO. INCORPORADO DOS CÁMARAS DE AIRE INDEPENDIENTES CON VÁLVULAS PARA REGULAR LA PRESIÓN. SU DISEÑO ES ANATÓMICO Y SE ADAPTA A LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO. LA PARTE INFERIOR DE LA ORTESIS ES MUY DELGADA Y BLANDA LO QUE PERMITE QUE SE PUEDA UTILIZAR CON CUALQUIER TIPO DE CALZADO. QUEDA SUJETA POR DOS CORREAS INELÁSTICAS FIJADAS MEDIANTE VELCRO. MATERIALES DE ESTRUCTURA: TERMOPLÁSTICO FORRADO EN SU INTERIOR DE ACOLCHADO BLANDO. ELEMENTOS DE CIERRE: DOS DORREAS INELÁSTICAS CON CIERRE DE VELCRO. ADITAMENTOS U OTROS ELEMENTOS CORRECTIVOS: INFLADOR TALLA ÚNICA. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
59	TOBILLERA NEOPRENO CON CINCHAS	ORTESIS DE TOBILLO ENVOLVENTE FABRICADA COMBINANDO NEOPRENO DE 3 MM Y DE 2 MM DE ESPESOR EN LA ZONA DE LA PLANTA DEL PIE Y ZONA DE CIERRE. CON PROLONGACIÓN DE TEJIDO BASE PARA LAS CONCHAS DE CIERRE. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6

60	TOBILLERA NEOPRENO SIN CINCHAS	TOBILLERA DE NEOPRENO CON CIERRE PROXIMAL. CONFECCIONADA EN NEOPRENO CON CELDILLAS PARA UNA ADECUADA CONSERVACIÓN DEL CALOR CORPORAL. INCLUYE ORIFICIO PARA EL TALÓN Y CIERRE PROXIMAL EN VELRO PARA UNA PERFECTA ADAPTACIÓN ANATÓMICA. DISPONIBLE EN DIFERENTES TALLAS. TIPO ORLIMAN THERMOMED DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
61	TOBILLERA VENDAJE ACTIVO TIPO MALLEO TRAIN	ORTESIS DE TOBILLO CONFECCIONADA EN TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL DE COMPRESIÓN UNIFORME. INCORPORA DOS INSERCIONES DE SILICONA PERFILADA ALREDEDOR DE LOS MALÉOLOS MEDIANTE COSIDO TÉRMICO (SIN COSTURAS). DISEÑO ANATÓMICO CON PRESIÓN REDUCIDA EN LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL PARA EVITAR VASOCONSTRICCIONES. MATERIALES DE ESTRUCTURA: TEJIDO ELÁSTICO TRANSPIRABLE CONFECCIONADO CON MATERIAL HIPOALÉRGICO (POLIAMIDA) QUE GARANTIZA LA AUSENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN TEJIDOS. MATERIALES EXTRAESTRUTURALES: INCORPORA UN CALZADOR PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. COLOR: NEGRO Y GRIS O CARNE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - PERÍMETRO TOBILLO: 1 (17-19 CM), 2 (19-21 CM), 3(21-23 CM), 4(23-25 CM), 5(25-27 CM) Y 6 (27-29 CM). TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
62	TOBILLERA VENDAJE ACTIVO TIPO MALLEO TRAIN PLUS	VENDAJE QUE ALIVIA EL DOLOR, REDUCE LA HINCHAZÓN Y MEJORA LA SENSOMOTRICIDAD. SU SUAVE MASAJE DE PRESIÓN VARIABLE LIBERA TENSIONES Y ESTIMULA LA CIRCULACIÓN. DOS ALMOHADILLAS FUNCIONALES A LA DERECHA E IZQUIERDA DETRÁS DE LOS TOBILLOS REDIRIGEN LA PRESIÓN AL TEJIDO BLANDO CIRCUNDANTE. UN SISTEMA DE DOS ETAPAS DE CINTAS DE SOPORTE DE DIFERENTE ELASTICIDAD PROPORCIONA UNA ESTABILIDAD ADICIONAL. TIPO BAUERFEIND (MALLEO TRAIN PLUS) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
63	CINCHA TENDON ROTULIANO	SOPORTE PATELAR CON ALMOHADILLA DE SILICONA FABRICADO EN VELOUR Y FOAM CON UNA ALMOHADILLA DE SILICONA. LA ALMOHADILLA DE SILICONA PROPORCIONA COMPRESIÓN, AMORTIGUACIÓN Y MICRO-MASAJE. COMPOSICIÓN: - MATERIALES DE ESTRUCTURA INTERIOR: 50% POLIÉSTER, 48% ALGODÓN Y 2% ELASTÁN - MATERIALES DE ESTRUCTURA EXTERIOR: 72% POLIAMIDA Y 28% POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX. COLOR: NEGRO/NARANJA TALLA UNIVERSAL. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

64	INMOVILIZADOR DE RODILLA	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON TEJIDO DE VELOUR Y RIZO DE ALGODÓN INTERIOR CON PLETINAS LATERALES Y POSTERIORES CONFORMABLES. EL SISTEMA DE AJUSTE DE TRES PANELES LE PERMITE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES ANATOMÍAS. CON CINCHAS DE CIERRE EN EL PANEL INTERIOR PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS. COLOR: BEIGE LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: - COMPOSICIÓN INTERIOR: 85% ALGODÓN, 15% POLIAMIDA - COMPOSICIÓN INTERMEDIA: 100% POLIÉSTER - COMPOSICIÓN EXTERIOR: 100% POLIAMIDA MATERIALES EXTRAESTRUTURALES: PLETINA DE ALUMINIO ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CONCHAS Y CIERRES EN VELCRO TALLAS: 50 CM, 60 CM Y 70 CM. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	166
65	ORTESIS ARTICULADA DE ESTABILIZACION LIGAMENTOS LATERALES	ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RANGO DE MOVIMIENTO DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN EL LCA, LCP, LLI O LLE, O DESPUÉS DE UNA REPARACIÓN DE MENISCO. SISTEMA TELE-FIT QUE PERMITE EL AJUSTE INDEPENDIENTE DE LA LONGITUD DE LOS FLEJES Y LA POSICIÓN DE LAS CORREAS DE LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL. ARTICULACIONES EN ALUMINIO, DURADERAS Y CON UN DISEÑO ELEGANTE, OFRECEN UNA PROTECCIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y UN CONTROL DEL RANGO DE MOVIMIENTO EN INCREMENTOS DE 10º. EXTENSIÓN DE -10º A 90º FLEXIÓN DE -10º A 120º BLOQUEO RÁPIDO A 0º, 15º Y 30º LAS HEBILLAS PIVOTANTES CON FIJACIÓN RÁPIDA SE ADAPTAN PERFECTA Y RÁPIDAMENTE AL CONTROL DE LA PIERNA. AJUSTE TELESCÓPICO DE 48 CM A 63,5 CM DE LONGITUD. LAS 4 MANGAS DE DESLIZAMIENTO SON INDIVIDUALMENTE REPOSICIONABLES PARA EVITAR LA COLOCACIÓN DE LAS CORREAS EN ZONAS SENSIBLES. LAS ALMOHADILLAS DE ESPUMA AUTOADHESIVA SON ÚNICAS Y CONSTITUYEN LOS PUNTOS DE CONTACTO AUTOADHERENTES ENTRE LA ÓRTESIS Y LA PIERNA PARA EVITAR QUE SE RESBALE. MODELO BILATERAL. TALLA UNIVERSAL ADAPTABLE A LA MORFOLOGÍA DEL PACIENTE. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	46
66	ORTESIS ARTICULADA PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	ORTESIS PARA LA INESTABILIDAD MODERADA A SEVERA DE LA RODILLA, HIPEREXTENSIÓN, LESIONES Y RECONSTRUCCIONES DEL LCA, INESTABILIDADES LCM/LCL O USO PROFILÁCTICO. DISEÑO DE MARCO DINÁMICO CON 4 PUNTOS DE PALANCA, PROBADO CLÍNICAMENTE PARA REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA TENSIÓN EN EL LCA. RELLENO CÓNICO DE LA TIBIA QUE REDUCE LA PRESIÓN SOBRE EL TENDÓN ROTULIANO. FORROS Y PASTILLAS DE GAMUZA ULTRA SUAVES QUE PROPORCIONAN UN MOVIMIENTO CÓMODO. ARMAZÓN DE ALUMINIO QUE REDUCE EL PESO. ARTICULACIONES BILATERALES POLICÉNTRICAS QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD MEDIAL/LATERAL. CINCO CORREAS CON LENGÜETAS MOLDEADAS QUE PROPORCIONAN SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ADICIONALES. TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

67	RODILLERA CERRADA CON ALMOHADILLA DE SILICONA DE DESCARGA	RODILLERA QUE PROPORCIONA APOYO EN CASOS DE INESTABILIDAD ROTULIANA, SUBLUXACIÓN LATERAL O DESALINEACIÓN DE LA RÓTULA. DISEÑADO PARA ALIVIAR EL DOLOR AGUDO DE LA PARTE ANTERIOR DE LA RODILLA O LOS DOLORS CRÓNICOS LEVES A MODERADOS. SÍNDROME DE CORREDOR, BURSITIS, TENDINITIS, ILIOTIBIAL. FÉRULA POCO VOLUMINOSA (LONGITUD: 21,6 CM Y GROSOR: 1,27 MM) Y LIGERA (225G). SISTEMA PATENTADO DE INSERCIÓN ROTULIANA EN SILICONA "DURÓMETRO-DUAL": SE COLOCA SOBRE LA PIEL Y SE APLICA UNA PRESIÓN CORRECTIVA CONSTANTE SOBRE LA RÓTULA. ALMOHADILLA ROTULIANA EXTRAÍBLE, PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA FÉRULA. CORREAS BIFURCADAS EN "Y" PARA APLICAR UNA TRACCIÓN DINÁMICA POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE LA RÓTULA. HECHO EN DRYTEX, TEXTIL DE NYLON Y LYCRA QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. FORRO DE LYCRA EN LA FOSA POPLÍTEA PARA LA FLEXIÓN/EXTENSIÓN Y SIN DIFICULTAD. ARTICULACIONES SEMI-FLEXIBLES INTEGRADAS FIJAS PARA UN CONTROL MEDIAL/LATERAL (INTERNO/EXTERNO). FIJACIÓN INDEPENDIENTE DE LAS CORREAS EN LA PANTORILLA Y EL MUSLO, PARA EVITAR LA ROTACIÓN DE LA ABRAZADERA. TALLAS (MEDIDAS TOMADAS 15 CM POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RÓTULA): XS (33-39 CM), S (39-47 CM), M (47-53 CM), L (53-60 CM), XL (60-67 CM) Y XXL (67-75 CM). MODELO: IZQUIERDA Y DERECHA. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
68	RODILLERA CON REFUERZO LATERAL ARTICULADO CON APERTURA POPLITEA	RODILLERA TEXTIL CONFECCIONADA EN MATERIAL TRICAPA ELÁSTICO TRANSPIRABLE. FORMADA POR 3 CAPAS QUE SE DIVIDEN EN UN TEJIDO ELÁSTICO A BASE DE MICROFIBRAS, ESPUMA DE POLIURETANO Y RIZO DE ALGODÓN, LO QUE FACILITA UNA RÁPIDA DISPERSIÓN DEL SUDOR, UNA MAYOR ESTABILIDAD Y UNA MEJOR ADAPCIÓN. CON PUNTOS DE SILICONA EN SU INTERIOR PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DE LA ORTESIS. COMPUESTA POR: - ARTICULACIÓN DE 0-15-30-60-90 GRADOS DE FLEXOEXTENSIÓN - RODETE INFRAROTULIANO - CINCHAS FEMORAL Y TIBIAL PARA UN MEJOR AJUSTE, Y BANDAS DE SILICONA EN SU INTERIOR PARA UNA MAYOR SUJECCIÓN Y EVITAR LA MIGRACIÓN DE LA PRENDA - SU APERTURA FEMORAL ANTERIOR FACILITA SU COLOCACIÓN, ASI COMO EL AJUSTE POSTERIOR EN LA PANTORILLA COLOR: BEIGE O NEGRA TALLAS (PERÍMETRO POR CENTRO DE RÓTULA): 1 (32-34 CM), 2 (34-36 CM), 3 (36-38 CM), 4 (38-41 CM), 5 (41-44 CM) Y 6 (44-49 CM). TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

69	RODILLERA CON REFUERZO LATERAL ARTICULADO SIN APERTURA POPLITEA	RODILLERA INDICADA PARA LA PROTECCIÓN, COMPRESIÓN Y SOPORTE PARA ESGUINCES LEVES DE RODILLA, LESIONES DE LIGAMENTO MEDIAL/LATERAL LEVES A MODERADAS, INESTABILIDAD CRÓNICA, RETORNO A ACTIVIDADES. LA VERSIÓN TUBULAR ESTÁ INDICADA PARA LESIONES DE MENISCO O LAXITUD LEVE DE LA RÓTULA. EL EFECTO COMPRESIVO DE LA RODILLERA AYUDA A REDUCIR LA INFLAMACIÓN Y ALIVIAR EL DOLOR. LAS PLETINAS ARTICULADAS BILATERALES SOPORTAN LA ARTICULACIÓN INESTABLE DE LA RODILLA, LO QUE AYUDA AL PACIENTE A RECUPERAR LA CONFIANZA Y LA MOVILIDAD. AYUDAN A MEJORAR LA RESPUESTA Y LA COORDINACIÓN NEURO-MOTORA-SENSORIAL, PREVINIENDO EL RIESGO DE UNA NUEVA LESIÓN. DISEÑO LIGERO: LA REDUCIDA ALTURA DEL SOPORTE (33 CM) PROPORCIONA UN ASPECTO MÁS ADAPTABLE. EL TEJIDO DE MALLA ESPACIADOR TRANSPIRABLE HI-TECH PROPORCIONA FRESCURA CONSTANTE. LOS FLEJES REFORZADOS BILATERALES PROPORCIONAN SOPORTE A LOS LIGAMENTOS INESTABLES. ESTOS FLEJES SON MALEABLES Y SE PUEDEN AJUSTAR A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. LAS PLETINAS ARTICULADAS ESTÁN CUBIERTAS PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS LATERALES (IDEAL PARA USO DEPORTIVO). LAS CINCHAS SUPERIOR E INFERIOR PERMITEN QUE LOS NIVELES DE COMPRESIÓN SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, TAMBIÉN PERMITEN UN AJUSTE INDIVIDUAL ÓPTIMO. PANEL POSTERIOR DE AJUSTE SUAVE Y ELÁSTICO DE 4 VÍAS EN EL ÁREA POPLÍTEA. MEJORA LA COMODIDAD, EL AJUSTE Y PROMUEVE EL FLUJO DE AIRE. PERMITE EL MOVIMIENTO SIN OBSTÁCULOS, INCLUSO DURANTE LA FLEXIÓN. TALLS: S, M, L Y XL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	8
70	RODILLERA ESTABILIZADORA CON SOPORTE PATELAR	ORTESIS DE RODILLA FABRICADA COMBINANDO NEOPRENO TRANSPIRABLE DE 3 MM Y DE 2 MM EN LA ZONA POPLÍTEA. CON ORIFICIO ROTULIANO Y BALLENAS ESPIRALES EN LOS LATERALES (2 A CADA LADO), INCORPORA ALMOHADILLA DE NEOPRENO EN FORMA DE ANILLO QUE DIRIGE EL CONTROL DE LA RÓTULA Y DOS CINCHAS DE AJUSTE (UNA EN EL MUSLO Y OTRA EN LA PANTORRILLA) QUE SE CIERRAN CON UN MICROGANCHO PERMITIENDO CONTROLAR EL AJUSTE DE ESTAS. CON BANDA DE SILICONA INTERIOR QUE PRODUCE UN EFECTO ANTIDESLIZANTE, SIN NECESIDAD DE UNA SOBREPRESIÓN EXCESIVA. LLEVA HEBILLAS DE PLÁSTICO PARA UN MEJOR AJUSTE DE LA TENSIÓN. BILATERAL. DIFERENTES TALLAS. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	12
71	RODILLERA NEOPRENO	ORTESIS CONFECCIONADA CON POLICLOROPRENO (NEOPRENO 100%) MICRO-PREFORADO DE 3 MM DE GROSOR, TEJIDO EXTERIOR DE POLIAMIDA Y TEJIDO INTERIOR DE ALGODÓN-MICROFIBRA RIZO. EL TEJIDO DE MICROFIBRA INTERIOR DE RIZO ALGODÓN INCORPORA MICROCÁPSULAS QUE NEUTRALIZAN LOS MALOS OLORES. DISPONE DE CENTRAJE ROTULIANO Y REFUERZO LATERAL. COLOR: AZUL O BEIGE COMPOSICIÓN: 62% POLICLOROPRENO, 25% ALGODÓN Y 13% POLIAMIDA. TALLAS (PERÍMETRO RÓTULA): S (33-36 CM), M (36-38 CM), L (39-42 CM) Y XL (42-45 CM). TIPO TEYDER DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

72	RODILLERA PARA INESTABILIDADES UNICOMPARTIMENTALES MODERADAS A SEVERAS	ORTESIS DE RODILLA PARA INESTABILIDADES UNICOMPARTIMENTALES MODERADAS A SEVERAS, NECESITANDO UNA SIGNIFICATIVA DESCARGA Y ESTABILIDAD DE LIGAMENTOS EN UNAS CIRCUNSTANCIAS DURAS Y DURANTE CIERTO TIEMPO. ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y USO DE TECNOLOGÍA MAG EN EL LADO DE LAS DESCARGAS, OFRECE UNA UTILIZACIÓN LIGERA CON FUERZA ÓPTIMA. LA TECNOLOGÍA DONJOY ADJUSTER PROVEE UNA DESCARGA AJUSTABLE CON LA CANTIDAD MEDIA MÁS ALTA DE SEPARACIÓN CONDILAR. SISTEMA DE 4 PUNTOS DE APOYO QUE OFRECE ESTABILIDAD DE LIGAMENTOS CLÍNICAMENTE PROBADA. BISAGRAS DE DOBLE PERFIL Y DISEÑO DE DOBLE VERTICAL QUE PERMITEN UN AJUSTE PERSONALIZADO MODELADO. DISEÑO PREFORMADO QUE SE AJUSTA ESPECÍFICAMENTE A LA PANTORRILLA. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - COMPARTIMENTO AFECTADO: MEDIO (VARO) O LATERAL (VALGO) - MEDIDAS 15 CM POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RÓTULA: XS (33-39 CM), S (39-47 CM), M (47-53 CM), L (53-60 CM), XL (60-67 CM) Y XXL (67-75 CM). TIPO DONJOY OA ADJUSTER 3 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
73	RODILLERA PARA LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR	ORTESIS FUNCIONAL DE RODILLA PARA TRATAMIENTO DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR. LÍMITE PARA LA EXTENSIÓN (GRADOS): 0, 10, 20, 30 Y 45. LÍMITE PARA LA FLEXIÓN (GRADOS): 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 Y 90. INMOVILIZACIÓN POSIBLE A (GRADOS): 0, 10, 20, 30 Y 45 COMPOSICIÓN: - CUADRO: ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE - PARTES SUAVES: POLIAMIDA, POLIURETANO Y LICRA TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - LONGITUD: 50 CM - TALLAS: XS, S, M, L, XL Y XXL TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	12
74	ABDUCTOR DE HOMBRO	FIJACIÓN POSTOPERATORIA DE MIEMBRO SUPERIOR TRAS UNA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ARTICULACIÓN ESCAPULO HUMERAL. SISTEMA DE CORREAS DE TRES PUNTOS PARA ELIMINAR LA PRESIÓN EN EL CUELLO. FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE SUAVE CON LAMINADO DE MALLA PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN. COJÍN QUE PROPORCIONA UNA ABDUCCIÓN DE 45 O 60 GRADOS Y QUE PUEDE CAMBIARSE DE IZQUIERDA A DERECHA. TALLAS: S, M, L Y XL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
75	CODERA CON ALMOHADILLA DE SILICONA	ORTESIS DE CODO CON INSERCIÓN DE SILICONA. ORTESIS DE BRAZO CONFECCIONADA EN TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL DE COMPRESIÓN UNIFORME. INCORPORA DOS INSERCIÓNES DE SILICONA PERFILADA ALREDEDOR DE LOS EPICÓNDILOS MEDIANTE COSIDO TÉRMICO (SIN COSTURAS). DISPONE DE UNA BANDA INELÁSTICA CON CIERRE DE VELCRO PARA UNA MAYOR COMPRESIÓN QUE PUEDE SER RETIRADA EN CASO NECESARIO. DISEÑO ANATÓMICO CON PRESIÓN REDUCIDA EN LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL PARA EVITAR VASOCONSTRICCIONES. MATERIAL DE ESTRUCTURA: TEJIDO ELÁSTICO TRANSPIRABLE CONFECCIONADO CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO (POLIAMIDA). MATERIALES EXTRAESTRUCTURALES: BANDA INELÁSTICA CON CIERRE DE VELCRO TALLAS: DE LA 0 A LA 6.	8

		COLOR: GRIS, CARNE Y NEGRO. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	
76	CODERA DE NEOPRENO	ORTESIS CONFECCIONADA CON POLICLOROPRENO (NEOPRENO 100%) MICRO-PREFORADO DE 5 MM DE GROSOR, TEJIDO INTERIOR DE MICROFIBRA RIZO ALGODÓN Y TEJIDO EXTERIOR DE POLIAMIDA. CIERRE CON CINCHA ELÁSTICA DE REFUERZO. EL TEJIDO DE MICROFIBRA INTERIOR DE RIZO ALGODÓN INCORPORA MICROCÁPSULAS QUE NEUTRALIZAN LOS MALOS OLORES. COMPOSICIÓN: 70% POLICLOROPRENO, 20% ALGODÓN Y 10% POLIAMIDA. TALLAS: S, M, L Y XL. COLOR: AZUL O BEIGE. TIPO TEYDER DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
77	INMOVILIZADOR CLAVICULA	ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA CLAVÍCULA Y RETROPULSIÓN DE HOMBROS. DISEÑO MEDIANTE SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA, SIN COSTURAS. EL CIERRE POR MICROGANCHO OCULTO QUE PERMITE SER ETIRADO PARA UN AJUSTE PERSONALIZADO, RECORTANDO EL MATERIAL SOBRANTE SI FUERA NECESARIO. DIFERENTES TALLAS DISPONIBLES. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
78	INMOVILIZADOR DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DE ELASTÓMERO DE SILICONA	ORTESIS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL HOMBRO CONFECCIONADA EN TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL CON COMPRESIÓN. INCORPORA UNA ALMOHADILLA VISCOELÁSTICA CON PUNTOS EN RELIEVE QUE SE FIJA CON VELCROS. LA ORTESIS QUEDA PERFECTAMENTE FIJADA CON UN CINTURÓN QUEDANDO LIBRE LA ZONA DEL PECHO. - MATERIALES DE ESTRUCTURA: TEJIDO TRANSPIRABLE CONFECCIONADO CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO (POLIAMIDA). - MATERIALES EXTRAESTRUTURALES: ALMOHADILLA VISCOELÁSTICA CON PUNTOS EN RELIEVE. - ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJES: SISTEMA DE CIERRES TIPO MICROVELCRO. TALLAS: T0 (20 - 22 CM), T1 (22 - 24 CM), T2 (24 - 26 CM), T3 (26 - 29 CM), T4 (29 - 32 CM), T5 (32 - 36 CM) Y T6 (36 - 40 CM). TIPO BAUERFEIND (OMOTRAIN) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
79	ORTESIS ARTICULADA CODO BLOQUEANDO PRONOSUPINACION	ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO. VERSÁTIL, FÁCIL DE COLOCAR Y DE CÓMODO AJUSTE TELESCÓPICO. PERMITE ESTABLECER UN RANGO DE MOVIMIENTO CONTROLADO O INMOVILIZACIÓN. DISEÑO CON UNA SOLA ARTICULACIÓN DE ALUMINIO LATERAL, MAXIMIZANDO LA PROTECCIÓN Y MINIMIZANDO SU PESO. CONTROL DE RANGO DE MOVIMIENTO DE -10 GRADOS A 120 GRADOS EN INCREMENTOS DE 10 GRADOS. CAMBIO FÁCIL ENTRE INMOVILIZACIÓN, ESTIRAMIENTO ESTÁTICO Y LIBRE ARTICULACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE BLOQUEO-DESBLOQUEO DE 0 GRADOS A 90 GRADOS EN INCREMENTOS DE 10 GRADOS. SISTEMA TELESCÓPICO DE 4 PUNTOS PARA UN AJUSTE DE LONGITUD RÁPIDO Y DE FORMA PERSONALIZADA. HEBILLAS CON MECANISMO DE CLICK RÁPIDO Y DE FÁCIL LIBERACIÓN. REVESTIMIENTO EXTRAIBLE, MOLDEABLE Y ANATÓMICO EN EL BRAZO Y ANTEBRAZO PARA UN AJUSTE A MEDIDA. ALMOHADILLAS SUAVES DE ESPUMA PARA UN MAYOR CONFORT Y UN USO PROLONGADO. TALLA: - DERECHA E IZQUIERDA - UNIVERSAL TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6

80	ORTESIS ESTABILIZADORA DE HOMBRO	ORTESIS DE HÚMERO BIVALVA TERMOCONFORMADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, RECUBIERTO DE UNA FUNDA TÉXTIL ACOLCHADA. FORRO INTERIOR DE TEJIDO DE PANAL TRANSPIRABLE. 2 VALVAS TERMOPLÁSTICAS ENSAMBLADAS EN EL FORRO UNIDAS MEDIANTE TEJIDO ELÁSTICO. SISTEMA DE AJUSTE MEDIANTE 2 CINCHAS HUMERALES EN VELOUR Y CIERRE MICROGANCHO. SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y FIJACIÓN MEDIANTE CINCHA PECTORAL. EL BRACE VIENE ACOMPAÑADO DE CINCHA PARA LA DESGRAVACIÓN DEL BRAZO. LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: - INTERIOR: 80% POLIÉSTER, 20% ELASTÁN - EXTERIOR: 88% POLIAMIDA, 12% ELASTÓMERO - TERMOPLÁSTICO: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CINCHAS Y CIERRE EN VELCRO: POLIAMIDA 100% COLOR: NEGRO TALLAS MODELO LARGO: - XS (LARGO 27,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 22,5-26 CM), S (LARGO 29,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 26-29,5 CM), M (LARGO 32 CM, PERÍMETRO HÚMERO 29,5-33 CM), L (LARGO 33 CM, PERÍMETRO HÚMERO 33-36,5 CM) Y XL (LARGO 35 CM, PERÍMETRO HÚMERO 236,5-40 CM) TALLAS MODELO CORTO - XS (LARGO 22,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 22,5-26 CM), S (LARGO 24,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 26-29,5 CM), M (LARGO 27 CM, PERÍMETRO HÚMERO 29,5-33 CM), L (LARGO 28 CM, PERÍMETRO HÚMERO 33-36,5 CM) Y XL (LARGO 30 CM, PERÍMETRO HÚMERO 236,5-40 CM) TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
81	ORTESIS ESTABILIZADORA DE HOMBRO ABARCANDO CODO A MEDIDA	INMOBILIZADOR DE HOMBRO CON SUJECCIÓN AL TRONCO Y ARTICULACIÓN PARA LA MOBILIDAD DEL CODO. A MEDIDA.	2
82	ORTESIS PARA POSICIONES MANTENIDAS DE FLEXO-EXTENSIÓN CODO	ORTESIS DE REHABILITACIÓN, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FLEXO EXTENSIÓN DEL CODO. DISPOSITIVO LIGERO, DOS BRAZALES UNO PARA EL BRAZO Y OTRO PARA EL ANTEBRAZO, UNIDOS POR UN ARCO CON REGULADOR EN LA CARA INTERNA PARA PERMITIR AL PROPIO PACIENTE REGULAR LA FLEXO-EXTENSIÓN, FORRO INTERIOR Y 4 TIRAS DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZALES AL BRAZO TERAPIA DE RANGO DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL COMPLETO, FLEXIÓN 147º /HIPEREXTENSIÓN DE -15º DISPONIBLE DERECHO Y/O IZQUIERDO EN TRES TALLAS DE BRAZALES S-M-L. TIPO JAS GL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
83	ORTESIS TERMOPLASTICO ARTICULADA PARA ESTABILIZACION FRACTURA DIAFISIS HUMERAL	ESTABILIZADOR DE FRACTURA HUMERAL. INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS HUMERALES ESTABLES, FRACTURAS SUPRACONCILEAS Y REPARACIONES DE BÍCEPS/TRÍCEPS. PRESENTACIÓN: DERECHA E IZQUIERDA. TALLA ÚNICA.	2

84	ULTRASLING	ORTESIS QUE PROPORCIONA INMOVILIZACIÓN PARA LAS REPARACIONES DE MANGUITO ROTADOR, DESPLAZAMIENTOS CAPSULARES, REPARACIONES BANKHART, LUXACIONES/SUBLUXACIONES GLENOHUMERALES Y REPARACIONES/TENSIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS. TEJIDO TRANSPIRABLE Y FRESCO. COJÍN DE ABDUCCIÓN DE 10 GRADOS. TALLAS: - APTO PARA BRAZO DERECHO E IZQUIERDO - LONGITUD BRAZO: S (<31,5 CM), M (31,5-39,5 CM) Y L (>39,5 CM). TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	10
85	ULTRASLING ROTACION EXTERNA	ORTESIS QUE PROPORCIONA INMOVILIZACIÓN EN ROTACIÓN EXTERNA PARA DESPLAZAMIENTOS CAPSULARES, PROCEDIMIENTOS POST-OPERATORIOS BANKHART, LUXACIONES GLENOHUMERALES Y SUBLUXACIÓN, CUIDADO POST-OPERATORIO DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN DE LA CONTRACTURA DE CÁPSULA ANTERIOR SEVERA, LA LIBERACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA CAPSULITIS ADHESIVA. SISTEMA DE CORREAS DE TRES PUNTOS FÁCIL DE ADAPTAR QUE FACILITA LA COLOCACIÓN POR PARTE DEL PACIENTE. COJINES DE 15° O 30° PARA SOPORTE SÓLIDO Y ESTABLE. LOS COJINES PUEDEN CAMBIARSE DE DERECHA A IZQUIERDA. FORRO SUAVE Y RESPIRADEROS. SUAVE ACOLCHADO. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
86	DEDIL DE SILICONA	DEDIL PROTECTOR DE GEL CUBIERTO DE TEJIDO ELÁSTICO LONGITUD DE 60 MM LAVABLE Y REUTILIZABLE DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR	20
87	FERULA DE QUERVAIN	FÉRULA INMOVILIZADORA DE TERMOPLÁSTICO FORRADA EN PLASTAZOTE, CON DOS CINCHAS DE VELCRO RÍGIDO DE CIERRE A NIVEL DE MUÑECA Y ANTEBRAZO Y UNA CINCHA ELÁSTICA A NIVEL PALMAR. POSIBILIDAD DE MOLDEAR CON PISTOLA DE AIRE CALIENTE. USOS: INMOVILIZACIÓN DE LAS ARTICULACIONES CARPOMETACARPÍANAS Y METACARPOFALÁNGICAS DEL PULGAR. LIMITA LOS MOVIMIENTOS NO DESEADOS DE LA MUÑECA DISTAL Y PROXIMAL (FLEXIÓN-EXTENSIÓN) Y LA DESVIACIÓN RADIAL Y CUBITAL. LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: POLIETILENO 100 % ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CONCHAS Y CIERRE EN VELCRO. POLIAMIDA 100%. COLOR: BEIGE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - S (PERÍMETRO MUÑECA MENOR DE 17 CM Y LARGO 18 CM), M (PERÍMETRO MUÑECA: 17-19 CM Y LARGO 20 CM) Y L (PERÍMETRO MUÑECA MAYOR DE 19 CM Y LARGO 22 CM). TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

88	FERULA DINAMICA EXTENSORA DIGITAL	FÉRULA EXTENSORA DE DEDO UTILIZADA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EXTENSIÓN DE LA ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA PROXIMAL Y PARA LA DEFORMACIÓN DE BOUTONNIERE. FABRICADA EN ALAMBRE ACERADO RECUBIERTO DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÁ COMPUESTA POR TRES SOPORTES DE APOYO SOBRE FALANGES Y UN SISTEMA DE RESORTE. LOS SOPORTES PROXIMAL Y DISTAL SE SITUAN EN LA CARA PALMAR Y EL MEDIO EN LA DORSAL. EL SOPORTE MEDIO ESTÁ UNIDO A LOS OTROS MEDIANTE LOS ALAMBRES ACERADOS, QUE DISCURREN POR EL DEDO, PARALELOS A LAS CARAS LATERAL, MEDIAL O A AMBAS Y FORMAN EL SISTEMA DE TRACCIÓN ELÁSTICO. CÓMODA PARA EL USUARIO GRACIAS A LA ALMOHADILLA ERGONÓMICA Y RESISTENTE. DIFERENTES TALLAS DISPONIBLES. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	68
89	FERULA DINAMICA FLEXORA DIGITAL	FÉRULA PARA LA FLEXIÓN INDISTINTA DE LAS ARTICULACIONES DE LOS DEDOS. USOS: EN FASES INICIALES DE LESIONES EN EXTENSIÓN DE LOS DEDOS O RETRACCIÓN POR QUEMADURAS. SE PUEDE UTILIZAR PARA LA FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA DEL PULGAR O DE LAS INTERFALÁNGICAS PROXIMALES O DISTALES DE LOS OTROS DEDOS. FERULA DINÁMICA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, CON TRES SOPORTES DE APOYO SOBRE LAS FALANGES Y UN SISTEMA DE RESORTE CON BANDAS ELÁSTICAS. LOS SOPORTES PROXIMAL Y DISTAL ESTÁN EN LA CARA DORSAL MIENTRAS QUE EL MEDIO ESTÁ EN LA PALMAR. DIFERENTES TALLAS DISPONIBLES. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
90	MUÑEQUERA CON FERULA PULGAR	INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TRAPECIO-METACARPIANA Y METACARPO-FALÁNGICA DEL PULGAR. CONFECCIONADA CON TEJIDO ELÁSTICO Y TRANSPIRABLE CON INTERIOR EN RIZO TOALLA. CIERRE CON SISTEMA DE VELCRO. DISEÑO ANATÓMICO PARA MÁXIMA ADAPTABILIDAD A LA MORFOLOGÍA DEL USUARIO. COMPOSICIÓN: 54% POLIESTER, 30% ELASTÓMERO Y 16% ALGODÓN. COLOR: BEIGE. TALLAS (CONTORNO MUÑECA): S (< 18 CM), M (18-19,5 CM), L (19,5-21 CM) Y XL (21-23,5 CM). TIPO TEYDER DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	16
91	MUÑEQUERA DE NEOPRENO	MUÑEQUERA ENVOLVENTE FABRICADA EN NEOPRENO TRANSPIRABLE DE 2 MM DE ESPESOR. PRODUCE COMPRESIÓN EN LA MUÑECA REGULABLE EN FUNCIÓN DEL AJUSTE QUE SE HAGA DE LA ORTESIS GRACIAS AL CIERRE DE VELCRO. BILATERAL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

92	MUÑEQUERA FERULA PALMAR Y DORSAL	ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN POST-TRAUMÁTICA O POST-QUIRÚRGICA DE LA MUÑECA (ESGUINCES, FRACTURAS). MATERIAL ACOLCHADO QUE SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. FUNDA DE MALLA TRANSPIRABLE PARA CONFORT MÁXIMO DEL PACIENTE. FÉRULA DORSAL DE ALUMINIO PARA UN MEJOR APOYO E INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN. FÉRULA PALMAR DE ALUMINIO MOLDEABLE PARA UN AJUSTE ANATÓMICAMENTE CORRECTO DEL PACIENTE. DE FÁCIL Y CÓMODO APLICACIÓN, SE COLOCA COMO UN GUANTE Y LAS CINCHAS SON REGULABLES CON UNA SOLA MANO. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - LONGITUD: 26 CM - PERÍMETRO MUÑECA: XS (< 14 CM), S (14-16 CM), M (16-19 CM), L (19-21 CM) Y XL (> 21 CM). TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	14
93	ORTESIS ACTIVA DE MUÑECA MOMPSEN	FÉRULA DE EXTENSIÓN DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS, CON PIEZA MEDIAL PARA LA ABDUCCIÓN DEL PULGAR. LOS ELÁSTICOS REGULAN LA TENSIÓN ACTIVA NECESARIA PARA EL PACIENTE. CONFECCIONADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA UNA PERFECTA ADAPTACIÓN. CINTAS DE SUJECCIÓN REMOVIBLES, CON MEJOR ADAPTACIÓN Y MÁS CÓMODAS PARA EL PACIENTE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - ÚNICA TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
94	ORTESIS PARA INMOBILIZACIÓN MUÑECA Y PULGAR	ORTESIS ESTABILIZADORA DE PULGAR. ALTA ESTABILIDAD A TRAVÉS DE UNA BARRA DE ALUMINIO INDIVIDUALMENTE MOLDEABLE. POSIBILIDAD DE AJUSTAR LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICA DEL PULGAR MEDIANTE UN CIERRE DE VELCRO. MANTENIMIENTO DE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS EN LA MUÑECA GRACIAS A LA CINTA ESTRECHA Y AL PEQUEÑO ARO DE SUJECCIÓN. LOS CIERRES DE VELCRO CON FÁCIL APERTURA FACILITAN LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE LA ORTESIS CON UNA MANO. MATERIALES: POLIURETANO, POLIAMIDA, POLIETER, ALUMINIO, POLYOXZMETILENO, ADHESIVO 21, POLIESTER, POLIACRYLATO Y RAYON. TALLAS: S, M, L Y XL. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
95	ORTESIS PARA LA ARTICULACIÓN TRAPECIO METACARPIANA	FÉRULA INMOVILIZADORA EN TERMOPLÁSTICO QUE INCLUYE UNA INTERFASE EN TEJIDO TRANSPIRABLE MUY CONFORTABLE. LA FÉRULA TIENE UN CIERRE DE MICROGANCHO EL CUAL SE PUEDE RECORTAR PARA AJUSTARLA A LA LONGITUD QUE SE PRECISE. USOS: INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DEL PULGAR. LIMITA LOS MOVIMIENTOS NO DESEADOS DE LA MUÑECA DISTAL Y PROXIMAL Y LA DESVIACIÓN RADIAL Y CUBITAL. COLOR: BEIGE. LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: 48% POLIAMIDA, 34% POLIÉSTER Y 18% ELASTÁN. ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CINCHAS Y CIERRE EN VELCRO. 100% POLIAMIDA. TALLAS: S (PERÍMETRO MUÑECA < 17 CM, LARGO 11 CM), M (PERÍMETRO MUÑECA: 17-19 CM, LARGO 12 CM) Y L (PERÍMETRO MUÑECA > 19 CM, LARGO 13 CM). TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	10

96	ORTESIS PARA POSICIONES MANTENIDAS DE PRONACIÓN/SUPINACIÓN ANTEBRAZO	ORTESIS DE REHABILITACIÓN PARA LA PRONACIÓN / SUPINACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MUÑECA. DOS BRAZALES UNO PARA LA MANO Y OTRO PARA EL ANTEBRAZO, UNIDOS POR UN ARCO CON REGULADOR EN LA CARA INTERNA QUE PERMITA AL PROPIO PACIENTE REGULAR LA PRONO -SUPINACIÓN, FORRO INTERIOR Y 5 TIRAS DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZALES AL ANTEBRAZO Y A LA MANO. TERAPIA DE RANGO DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL COMPLETO, PRONACIÓN 110º /SUPINACIÓN 130º DISPONIBLE DERECHO Y/O IZQUIERDO EN TRES TALLAS DE BRAZALES S-M-L. TIPO JAS GL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
97	ORTESIS PARA PULGAR	SOPORTE PARA PULGAR DE DISEÑO FINO Y COMPACTO QUE ESTABILIZA LA UNIÓN CMC-1 Y COLOCA EL METACARPIANO DEL PULGAR EN SU POSICIÓN FUNCIONAL. SU DISEÑO DEJA LIBRES EL MCP-1 Y LA MUÑECA DE MANERA QUE SE CONSIGUE UN ALTO GRADO DE FUNCIONALIDAD DE LA MANO. SE FIJA MEDIANTE VELCRO DE MANERA SENCILLA. COMPOSICIÓN: 10% ALUMINIO, 10% PA (POLIAMIDA, NYLON) Y 80% TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO). COLOR: GRIS Y MORADO. TALLAS: 1 (CIRCUNFERENCIA 16-19,5 CM), 2 (CIRCUNFERENCIA 19,5-22,5 CM) Y 3 (CIRCUNFERENCIA 22,5 - 26 CM) TIPO PRIM (ORTHO PUSH BRACES) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
98	ORTESIS PASIVA DE MANO Y MUÑECA ADAPTADA (DORSAL Y PALMAR)	FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE MANO Y MUÑECA CONFORMADAS DESDE EL ANTEBRAZO HASTA LAS FALANGES DISTALES INCLUYENDO DEDOS Y PULGAR. SE CIERRAN DORSALMENTE CON CINCHAS DE VELCRO. FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3MM. FORRO CON ESPUMA DE POLIETILENO. INCLUYE UN VELCRO NO MONTADO EN LA FÉRULA PARA LA SUJECCIÓN DEL PULGAR. USOS: INMOVILIZACIÓN DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS Y DEDOS EN UNA POSICIÓN FUNCIONAL, PULGAR EN OPOSICIÓN Y MUÑECA NEUTRA. TALLAS: - GUARDA LADO (DERECHO E IZQUIERDO) - ANCHO DE LA PALMA DE LA MANO: S (7-8 CM), M (8-9 CM) Y L (9-10 CM). TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
99	ORTESIS PASIVA DORSAL O PALMAR A MEDIDA	FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE LA MUÑECA CONFORMADA DESDE EL ANTEBRAZO HASTA LA ARTICULACIÓN METACARPIANA, DEJANDO LIBRE LOS DEDOS Y EL PULGAR. SE CIERRA DORSALMENTE CON TRES CINCHAS DE VELCRO A TRAVÉS DE HEBILLAS. FABRICADA EN TERMOESPUMA DE DOBLE CAPA, LA CARA EXTERNA RÍGIDA Y LA CARA INTERNA DE TACTO SUAVE. ES RADIOTRANSARENTE Y DISPONE DE ORIFICIOS DE VENTILACIÓN. ES POSIBLE SU ADAPTACIÓN A LA FISIONOMÍA DEL PACIENTE APLICANDO CALOR CON UNA PISTOLA DE AIRE CALIENTE. COLOR: BLANCO Y GRIS TALLAS: - GUARDA LADO (DERECHO E IZQUIERDO) - PERÍMETRO MUÑECA: S (14-16 CM), M (16-18 CM) Y L (18-20 CM). TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

100	ORTESIS ARTICULADA DINÁMICA DE CODO PARA EXTENSIÓN PROGRESIVA	ORTESIS ARTICULADA DINAMICA DE CODO. FACILITA LA MOVILIZACION PROGRESIVA DINÁMICA. COMPONENTES: - CINTAS DE AJUSTE - PALANCA DE CONTROL DE LA TORSIÓN - MUELLE DE TORSIÓN - PUNTAL DE AJUSTE UNILATERAL - ALMOHADILLAS DE ESPUMA MODELO: DERECHA E IZQUIERDA. TIPO EMPI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
101	ORTESIS ARTICULADA DINÁMICA DE RODILLA PARA EXTENSIÓN PROGRESIVA	ORTESIS ARTICULADA DINAMICA DE RODILLA. FACILITA LA MOVILIZACION PROGRESIVA DINÁMICA. COMPONENTES: - CINTAS DE AJUSTE - PALANCA DE CONTROL DE LA TORSIÓN - MUELLE DE TORSIÓN - PUNTAL DE AJUSTE UNILATERAL - ALMOHADILLAS DE ESPUMA MODELO: DERECHA E IZQUIERDA. TIPO EMPI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
102	ORTESIS ARTICULADA DINÁMICA DE TOBILLO PARA EXTENSIÓN PROGRESIVA	ORTESIS ARTICULADA DINAMICA DE TOBILLO. FACILITA LA MOVILIZACION PROGRESIVA DINÁMICA. COMPONENTES: - CINTAS DE AJUSTE - PALANCA DE CONTROL DE LA TORSIÓN - MUELLE DE TORSIÓN - PUNTAL DE AJUSTE UNILATERAL - ALMOHADILLAS DE ESPUMA MODELO: DERECHA E IZQUIERDA. TIPO EMPI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
103	CALCETIN PRESOTERAPIA	CALCETÍN DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	10
104	CALCETÍN PRESOTERAPIA - A MEDIDA	CALCETÍN DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

105	CAMISETA DE PRESOTERAPIA	CAMISETA PARA CORRECCIÓN POSTURAL DEL PACIENTE. TELA RESPIRABLE Y ALTAMENTE ELÁSTICA QUE ASEGURA MÁXIMA COMODIDAD. SELLOS PLÁSTICOS PARA MÁXIMA COMODIDAD. PANELES DE TENSIÓN INELÁSTICOS PARA ALINEACIÓN POSTURAL. COMPOSICIÓN: - T1: 80% CO - 20% EA - T2: 88% CO - 6% EA - 6% PA - T3: 80% CO - 20% EA (COSTURA ARTICULACIÓN CON PU) - T4: 80% CO - 20% EA + 100% CO (COSTURA ARTICULACIÓN CON PU) TALLAS: - MUJER (CONTORNO DEL TÓRAX) /(CONTORNO DE LA CINTURA) - XS: (82 - 87 CM) / (64 - 69 CM) - S: (88 - 93 CM) / (70 - 75 CM) - M: (94 - 99 CM) / (76 - 81 CM) - L: (100 - 105 CM) / (82 - 87 CM) - XL: (106 - 111 CM) / (88 - 93 CM) - HOMBRE (CONTORNO DEL TÓRAX) /(CONTORNO DE LA CINTURA) - S: (92 - 97 CM) / (82 - 87 CM) - M (98 - 103 CM) / (88 - 93 CM) - L (104 - 109 CM) / (94 - 99 CM) - XL (110 - 115 CM) / (100 - 105 CM) - XXL (116 - 121 CM) / (106 - 111 CM) TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
106	GUANTES PRESOTERAPIA - A MEDIDA	GUANTES PARA PACIENTES CON EDEMA LINFÁTICO O VASCULAR. DIFERENTES GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18-21 mm Hg - CCL2: 23-32 mm Hg - CCL3: 34-46 mm Hg COMPOSICIÓN: - CCL1: 88% POLIAMIDA Y 12% ELASTÁN - CCL2: 84% POLIAMIDA Y 16% ELASTÁN - CCL3: 74% POLIAMIDA Y 26% ELASTÁN CONFECCIONADO A MEDIDA TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	8
107	MANGA PRESOTERAPIA - A MEDIDA	MANGAS PARA PACIENTES CON EDEMA LINFÁTICO O VASCULAR. DIFERENTES GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18-21 mm Hg - CCL2: 23-32 mm Hg - CCL3: 34-46 mm Hg COMPOSICIÓN: - CCL1: 88% POLIAMIDA Y 12% ELASTÁN - CCL2: 84% POLIAMIDA Y 16% ELASTÁN - CCL3: 74% POLIAMIDA Y 26% ELASTÁN CONFECCIONADO A MEDIDA TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

108	MEDIA LARGA PARA LA PROFILAXIS TROMBOEMBOLICA	MEDIAS LARGAS DE PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA. CONFECCIONADAS EN NYLON, SE AJUSTAN A LAS EXTREMIDADES INFERIORES FAVORECIENDO EL RETORNO VENOSO. DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE PRESIÓN: - 18 MM HG EN EL TOBILLO - 14 MM HG EN LOS GEMELOS - 8 MM HG EN LA ZONA POPLITEAL O DE LA RODILLA - 10 MM HG EN LA ZONA DEL MUSLO INFERIOR - 8 MM HG EN LA ZONA DEL MUSLO SUPERIOR CARACTERÍSTICAS: - TEJIDO CON ENTRAMADO CIRCULAR - BANDA DE SUJECCION DE SILICONA. LIBRE DE LÁTEX. - BANDA ANTI-TORNIQUETE DIFERENTES TALLAS EN FUNCIÓN DE PERÍMETRO DE LOS GEMELOS Y DE LA LONGITUD DE LA PIERNA. TIPO COVDIEN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	12
109	MEDIAS PRESOTERAPIA PIERNA ENTERA	MEDIA DE PRESOTERAPIA PARA PIERNA ENTERA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6
110	MEDIAS PRESOTERAPIA PIERNA ENTERA - A MEDIDA	MEDIA DE PRESOTERAPIA PARA PIERNA ENTERA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
111	MEDIAS PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE RODILLA	MEDIA DE PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE LA RODILLA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
112	MEDIAS PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE RODILLA - A MEDIDA	MEDIA DE PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE LA RODILLA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
113	PANTALON PRESOTERAPIA	PRENDA EN SERIE DISEÑADA EN TEJIDO CIRCULAR. ZONA UROGENITAL ABIERTA. ABERTURA FRONTAL CON CORCHETES REGULABLES PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE LA PRENDA. DISPONIBLE EN 5 TALLAS. TEJIDO SUAVE Y TRANPIRABLE. FORMA ANATÓMICA. TIPO MAINAT DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	6

114	PRENDAS DE PRESOTERAPIA PARA CABEZA, CARA O CUELLO A MEDIDA	PRENDA COMPRESISVA PARA CABEZA, CARA O CUELLO PARA PACIENTES CON EDEMA LINFÁTICO O VASCULAR. OFRECE UNA SUJECCIÓN FIRME EN LA ZONA SENSIBLE DEL ROSTRO. EJERCE UNA COMPRESIÓN EFECTIVA EN ESTA ZONA. PROPIEDADES: - LIPOMED FACE ES MUY CÓMODO DE LLEVAR. - LA GRAN ELASTICIDAD DEL MATERIAL PERMITE ADAPTARSE PERFECTAMENTE AL CONTORNO FACIAL PARA LOGRAR UN TRATAMIENTO DE COMPRESIÓN EFECTIVO. CON EL TEJIDO ACTIVAMENTE TRANSPIRABLE, LIMPOMED FACE ES MUY AGRADABLE A LA PIEL Y CÓMODO DE LLEVAR. - LOS CIERRES DE VELCRO GARANTIZAN UNA SUJECCIÓN SEGURA Y EL SISTEMA DE CÓDIGO DE COLOR FACILITA SU COLOCACIÓN CORRECTA Y SEGURA. CONFECCIONADO A MEDIDA TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
115	TOBILLERA PRESOTERAPIA	TOBILLERA DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR DE COMPRESIÓN: CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
116	TOBILLERA PRESOTERAPIA - A MEDIDA	TOBILLERA DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
117	FAJA DORSO LUMBAR SEMIRÍGIDA	FAJA DORSOLUMBAR SEMIRRÍGIDA DE TEJIDO MULTIBANDA TRANSPIRABLE CON 4 BALLENAS POSTERIORES COMBINADAS CON PIEZA DORSAL QUE SE PROLONGA CON DOS BANDAS QUE PASAN POR LOS HOMBROS, BAJAN POR LAS AXILAS, CRUZAN EN LA ESPALDA Y CIERRAN EN EL ABDOMEN CON VELCRO. DOS REFUERZOS ANTERIORES Y BANDAS DE AJUSTE Y REFUERZO. CONTIENE LÁTEX, CAUCHO NATURAL. MATERIALES UTILIZADOS: - MATERIALES DE ESTRUCTURA: 45% POLIAMIDA, 35% LÁTEX Y 20% POLIÉSTER. - BALLENAS GRANDES DE ACERO. - BALLENAS DE PLÁSTICO Y ACERO. - CIERRE POR MICROGANCHO. COLOR. BEIGE. TALLAS: XXS (63-75 CM), XS (75-83 CM), S (83-91 CM), M (91-99 CM), L (99-107 CM), XL (107-115 CM) Y XXL (115-123 CM) ALTURA DELANTERA: 20 CM ALTURA TRASERA: 54 CM TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	10
118	FAJA LUMBAR CON EXTENSIÓN TORÁCICA PARA CORRECCIÓN POSTURAL	ORTESIS PARA LA CORRECCIÓN DE LA POSTURA DE LA ESPALDA. ES INVISIBLE POR DEBAJO DE LA ROPA. BARRAS DE ALUMINIO MODULABLE PARA AYUDAR AL FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y LA ESTABILIZACIÓN. CORREAS ELÁSTICAS MUY CONFORTABLES QUE PUEDEN CORTARSE PARA ADAPTARLAS AL PACIENTE. TALLAS: XS, S, M, L Y XL TIPO MEDI POSTURE PLUS FORCE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
119	FAJA LUMBOSTATO	FAJA LUMBOSTATO DIFERENTES TALLAS TIPO TEYDER DE IGUALES CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

120	FAJA PÉLVICA	ORTESIS ESTABILIZADORA DE LA PELVIS Y LA ARTICULACIÓN ILIOSACRA. COMBINA TEJIDO ELÁSTICO MUY TRANSPIRABLE PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN ANATÓMICA JUNTO A LOS CINTURONES INELÁSTICOS PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD. LOS CINTURONES DISPONEN DE UN SISTEMA DE HEBILLAS QUE FACILITAN EL AJUSTE DE LA ORTESIS SIN ESFUERZO. INCORPORA DOS ALMOHADILLAS SEMIRRÍGIDAS CON PUNTOS EN RELIEVE Y DOS VARILLAS DE ALUMINIO INSERTADAS EN EL TEJIDO. CIERRE DE VELCRO. MATERIALES DE ESTRUCTURA: TEJIDO TRANSPIRABLE QUE GARANTIZA LA AUSENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN TEJIDOS. VARILLAS DE ALUMINIO INTEGRADAS. MATERIALES EXTRAESTRUCTURALES: DOS ALMOHADILLAS SEMIRRÍGIDAS CON PUNTOS DE RELIEVE FORRADAS DE TELA DE RIZO. ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJES: CIERRE ANTERIOR DE VELCRO Y DOS CINTURONES INELÁSTICOS DE TRACCIÓN PARA UN AJUSTE INDIVIDUAL. ADITAMIENTOS U OTROS ELEMENTOS CORRECTIVOS: CINTURONES INELÁSTICOS DE TRACCIÓN UNIDOS CON UN SISTEMA DE HEBILLAS PARA FACILITAR SU AJUSTE. TALLAS: SEGÚN CONTORNO DE CINTURA (DESDE 70-80 CM A 130-140 CM). TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
121	MARCO DE JEWET	CORSÉ DE INMOVILIZACIÓN EN HIPERTENSIÓN DEL RAQUIS. PUESTA EN REPOSO Y CORRECCION POSTURAL ESTÁTICA DEL RAQUIS GRACIAS A SU ACCIÓN DE ESTABILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN, CON TRES PUNTOS DE APOYO (PECTORAL, SUPRAPÚBICO Y DORSOLUMBAR) . COLOCACIÓN ERGONÓMICA Y RÁPIDA. RESISTENTE AL AGUA. MÁXIMA LIGEREZA. ESTRUCTURA DE ALUMINIO LIGERA. PLACA ESTERNAL MÓVIL. REGULACIÓN DE LA ALTURA AL NIVEL DE LAS PLACAS DE CONTROL LATERAL. PLACA DE TENSIÓN DORSOLUMBAR REGULABLE POR BANDA Y SISTEMA DE CIERRE. PLACAS ACOLCHADAS PARA MAYOR CONFORT. BANDA PÉLVICA QUE PUEDE DEJARSE FIJA O BASCULANTE PARA ADAPTARSE MEJOR A LAS DISTINTAS POSICIONES DEL PACIENTE. SISTEMA DE CIERRE, ACCIONANDO LA HEBILLA DESDE ATRÁS HACIA DELANTE FACILITANDO LA TENSIÓN DE LA CINCHA POSTERIOR Y SU POSTERIOR FIJACIÓN. INCORPORA UN GATILLO OCULTO PARA LIBERAR Y PROCEDER A LA APERTURA DEL SISTEMA DE CIERRE. TALLAS: S (CONTORNO CADERAS: 60-75 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 32 CM), MS (CONTORNO CADERAS: 75-90 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 32 CM), M (CONTORNO CADERAS: 75-90 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 35 CM), LS (CONTORNO CADERAS: 90-105 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 35 CM), L (CONTORNO CADERAS: 90-105 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 38 CM) Y XL (CONTORNO CADERAS: 105-115 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 41 CM). TIPO THUASNE ORTHOCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2

122	ORTESIS DE ESPALDA PARA LA EXTENSIÓN VERTEBRAL	ORTESIS DE ESPALDA PARA LA EXTENSIÓN VERTEBRAL. PUEDE AJUSTARSE INDIVIDUALMENTE A LA CURVATURA DE LA ESPALDA Y A LA MASA CORPORAL. GRACIAS A SUS TIRANTES ERGONÓMICOS, LA ORTESIS SE COLOCA FÁCILMENTE. LOS TIRANTES ESTÁN FABRICADOS PARA EVITAR QUE SE RETUERZAN DURANTE EL USO. CONFECCIONADO EN MATERIAL SUAVE CON ORIFICIOS QUE AUMENTAN LA AIREACIÓN Y LO HACEN MÁS CONFORTABLE. DISPONE DE UN CINTURÓN FLEXIBLE DE FÁCIL AJUSTE. LA ALMOHADILLA SITUADA A NIVEL DEL ESTÓMAGO ES FLEXIBLE Y TRANSPIRABLE, LO QUE FACILITA EL AJUSTE Y AUMENTA EL CONFORT. COMPOSICIÓN DEL MATERIAL: ALUMINIO, POLIÉSTER, ELASTANO Y ELASTÓMERO TALLAS (LONGITUD/CIRCUNFERENCIA PELVIS): XS (40 CM/162 CM), S (42 CM/166 CM), M (47 CM/196 CM), L (52 CM/196 CM) Y XL (56 CM/196 CM). TIPO MEDI (SPINOMED) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
123	T.L.S.O. TERMOPLASTICO	CORSÉ DORSO LUMBAR EN POLIURETANO. CONFECCIONADO A MEDIDA.	4

LOTE 2: Sillas de ruedas y cojines

Nº	Descripción genérica	Descripción técnica	Unidades estimadas vigencia inicial del contrato
1	COJÍN ANTIESCARAS DE AIRE TIPO NUBOLO CELL	COJÍN DE ALVÉOLOS DE AIRE 4 ZONAS BOMBA MANUAL CON BARÓMETRO FUNDA PROTECTORA CON ASA PARA EL COJÍN MANUAL DEL USUARIO GARANTÍA CAJA DE TRANSPORTE DE CARTÓN ADHESIVO NUBOLO TIPO NUBOLO® CELL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR	4
2	COJÍN ANTIESCARAS DE AIRE TIPO ROHO	COJÍN QUE COMBINA LAS CUALIDADES DE POSICIONAMIENTO, PROTECCIÓN DE LA PIEL Y ESTABILIDAD. CADA USUARIO PUEDE BENEFICIARSE DE UNA ADAPTACIÓN PERSONALIZADA MEDIANTE EL SIMPLE ACCIONAMIENTO DE UN BOTÓN. LA VÁLVULA OFRECE DIFERENTES MANERAS DE AJUSTAR EL COJÍN MIENTRAS EL USUARIO ESTÁ SENTADO, PERMITIENDO DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA, EL AJUSTE PERSONALIZADO PARA MAXIMIZAR SU FUNCIÓN. APLICACIONES: POSTURAS ASIMÉTRICAS, NECESIDADES DE UN ALTO NIVEL DE SOPORTE POSTURAL, NECESIDADES DE POSICIONAMIENTO PROGRESIVO, DIAGNÓSTICOS EVOLUTIVOS, POCO EQUILIBRIO EN SEDESTACIÓN, UTILIZACIÓN EN SILLAS CON BASCULACIÓN Y RECLINACIÓN. DISPONIBLE EN TRES PERFILES EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE SUFRIR ESCARAS: RIESGO ALTO (PERFIL ALTO: 10 CM), RIESGO MEDIO (PERFIL MEDIO: 8 CM), RIESGO BAJO (PERFIL BAJO: 5 CM). FUNDA TRANSPIRABLE, ELÁSTICA Y LAVABLE. CELDA INDIVIDUALES QUE SE AJUSTAN A CADA PERFIL. FABRICADO EN GOMA DE NEOPRENO RESISTENTE AL FUEGO M2 FÁCIL DE LIMPIAR CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN LÍMITE DE PESO PESO APROXIMADO COJÍN: 1,7 KG CADA COJÍN INCLUYE: FUNDA, BOMBA DE INFLADO, KIT DE REPARACIÓN Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. DIFERENTES MODELOS Y TALLAS TIPO QUADTRO SELECT ROHO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

3	COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO	COJÍN MOLDEADO CON DESCARGA DEL CÓCCIX EN MATERIAL VISCO ELÁSTICO. EL MATERIAL VISCO ELÁSTICO FAVORECE LA INMERSIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO EN CONTACTO CON EL SOPORTE, PARA REDUCIR LOS VALORES MÁXIMOS DE PRESIÓN. COJÍN EN DECLIVE PARA EVITAR LOS DESLIZAMIENTOS HACIA DELANTE, PROTECCIÓN INTEGRAL, PARTE INFERIOR ANTIDESLIZANTE. TEXTIL TRANSPIRABLE QUE MEJORA LA TERMORREGULACIÓN. REDUCCIÓN MÍNIMA DEL RIESGO DE ESCARAS AL NIVEL DE LA ZONA ISQUIÁTICA (ALTURA > 6 CM). CONFORT, ABDUCCIÓN DE LA CADERA. ROTADORES EXTERNOS. MEJORA DE LAS TRANSFERENCIAS. AUMENTO DEL RADIO. PREVENCIÓN DE ÚLCERAS DE DECÚBITO SACRO COXÍGEAS. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CAÍDA. INCLINACIÓN DEL ASIENTO. REFUERZO DE LA PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS ISQUIÁTICAS. FUNDA DE PROTECCIÓN EXTRAIBLE CON PARTE INFERIOR ANTIDESLIZANTE EN TEJIDO PU/PVC. ETIQUETA TRASERA DE LA FUNDA CON LAS DIMENSIONES. LOS COJINES SE SUMINISTRAN CON DOS FUNDAS. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL COJÍN SOBRE LAS ESPUMA. ASA SITUADA DEBAJO DEL COJÍN: MENOR RIESGO DE RASGONES Y MAYOR HIGIENE. PORTE INFERIOR ANTIDESLIZANTE. SIN TOPE PÉLVICO O CON TOPE PÉLVICO (ALTURA > 8 CM). DISPONIBLE EN 16 TALLAS Y 3 ALTURAS. PESO PACIENTE HASTA 200 KG. TIPO ALOVA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
4	COJÍN ANTIESCARAS VISCOGEL	COJÍN ANATÓMICO PARA LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. INNOVADORA COMBINACIÓN DE DOS TIPOS DE GEL Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA CONSEGUIR UN COJÍN ANATÓMICO DE ÓPTIMA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN Y QUE A LA VEZ FAVOREZCA UNA BUENA ESTABILIDAD Y PROPORCIONE CONFORT. LOS DIFERENTES MATERIALES SE MOLDEAN A LA VEZ, SON TOTALMENTE SOLIDARIOS ENTRE SÍ DE MANERA QUE NO SE MUEVEN DENTRO DE LA FUNDA DEL COJÍN. DOS ZONAS DIFERENCIADAS: - ZONA BLANCA: GEL FLUIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, VISCO ELÁSTICO Y DE MENOR DENSIDAD QUE GARANTIZA UN BUEN REPARTO DE LAS PRESIONES EN LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO; ISQUIÓN Y SACRO. - ZONA AZUL: GEL FLUIDO DE MAYOR DENSIDAD PARA LAS PARTES DEL CUERPO CON MENOR RIESGO, PARA GARANTIZAR UNA BUENA ESTABILIDAD Y EL MÁXIMO CONFORT. DISPONIBLE EN DOS MODELOS: - 42 X 42 CM, PESO MÁXIMO DE CARGA 100 KG - 45 X 42 CM, PESO MÁXIMO DE CARGA 120 KG TIPO DUO FORM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4
5	REPOSAPIES ELEVABLE SILLA DE RUEDAS STANDARD	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO O IZQUIERDO PARA SILLA ESTÁNDAR	4

6	SILLA DE RUEDAS CON CENTRO DE GRAVEDAD AJUSTABLE	SILLA DE RUEDAS CON CENTRO DE GRAVEDAD AJUSTABLE FABRICADA CON TUBO DE ALUMINIO DE 25 MM DE DIÁMETRO. ROBUSTAS FIJACIONES DEL REPOSABRAZOS AL ARMAZÓN. SIN HOLGURAS. DISEÑO EFICIENTE DEL FRENO CON MANETA ERGONÓMICA DE FÁCIL ACCESO. GRAN RESISTENCIA DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LAS PLATAFORMAS REPOSAPIÉS PARA GARANTIZAR UN ÁNGULO CORRECTO DE LOS PIES. PLETINA DEL EJE DE ALUMINIO Y CRUCETA TUBULAR, SIN TORNILOS NI ANCLAJES, QUE PROPORCIONAN GRAN RESISTENCIA Y RIGIDEZ. TRES ALTURAS DELANTERAS DE ASIENTO AL SUELO (46,5, 49 Y 51,5 CM) EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN ENTRE LOS DOS TAMAÑOS DE RUEDAS DELANTERAS Y SU POSICIÓN EN LA HORQUILLA. PERMITE LAS SIGUIENTES REGULACIONES: - ALTURA DE RESPALDO REGULABLE RECOLOCANDO LA TAPICERÍA - REPOSABRAZOS CON ALMOHADILLADO AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD 3 TIPOS DE RESPALDO: STANDARD, PARTIDO O RECLINABLE (HASTA 60º) TAMAÑO DE RUEDA TRASERA GRANDE (24") O PEQUEÑA (12"). 4 COLORES DISTINTOS DE ARMAZÓN: AZUL MARINO, VERDE MANZANA, ROJO BRILLANTE Y GRIS SELENIO. TAPICERÍA DE RESPALDO TRANSPIRABLE VENTED O DE NYLON (SEGÚN MODELO), TAPICERÍA DE ASIENTO DE NYLON, INTERIOR DE PROTECTOR LATERAL ACOLCHADO, REPOSAPIÉS A 70º DESMONTABLES Y ABATIBLES, ALMOHADILLADO DE REPOSABRAZOS ACOLCHADO Y AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD Y EN ALTURA (MEDIANTE HERRAMIENTAS), REPOSABRAZOS ABATIBLE HACIA ATRÁS Y DESMONTABLES, FRENO CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA, RUEDA TRASERA CON RADIOS Y AROS DE ALUMINIO ANODIZADOS. PESO DE TRANSPORTE REDUCIDO Y FÁCILMENTE PLEGABLE. <u>MEDIDAS APROXIMADAS:</u> ANCHURA DE ASIENTO: 38/40,5/43/45,5/48 Y 52 CM PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 51,5 CM (46,5 O 49 CON RUEDAS DELANTERAS DE 6") ALTURA DE RESPALDO: 45 CM (50 CM CON RESPALDO RECLINABLE) ANCHURA TOTAL: ANCHO ASIENTO + 18 CM (RUEDAS 24") Y ANCHO ASIENTO + 14,5 CM (RUEDAS 12") LONGITUD TOTAL CON RUEDAS DE 24": 103 CM (74,5 CM SIN REPOSAPIÉS) LONGITUD TOTAL CON RUEDAS DE 12": 98 CM (69,5 CM SIN REPOSAPIÉS) LONGITUD TOTAL MODELO RECLINABLE: 116,5 CM (85,5 CM SIN REPOSAPIÉS) LONGITUD TOTAL MODELO RECLINABLE RUEDA 12": 104 CM (75,5 CM SIN REPOSAPIÉS) ALTURA TOTAL: 88 CM (132,5 CM CON RESPALDO RECLINABLE Y REPOSACABEZAS) ÁNGULO DE ASIENTO: 3º ÁNGULO DE RESPALDO: 10º (0º A 60º CON RESPALDO RECLINABLE) PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 125 KG PESO: DESDE 13,9 KG (SILLA COMPLETA) ANCHURA PLEGADA: 26 CM ESTA SILLA CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR DIFERENTES ACCESORIOS. TIPO BREEZY STYLE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
---	--	---	---

7	SILLA DE RUEDAS PARA USUARIOS CON HEMIPLEJIA	SILLA MODULAR CON UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES DISPONIBLES PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DEL USUARIO. PESO REDUCIDO GRACIAS A SU CHASIS DE ALUMINIO (14,2 KG) MAYOR ESTABILIDAD PARA UN DESPLAZAMIENTO CONFORTABLE. SISTEMA PLEGADO POR CRUCETA INCREMENTA SU ESTABILIDAD. FÁCIL DE PLEGAR Y DESMONTAR. DISEÑO DE LA PALETA QUE OFRECE MÁS SUPERFICIE PARA LOS PIES E INCREMENTA EL CONFORT DEL USUARIO. TAPIZADO DEL RESPALDO BI-MATERIAL NEGRO QUE SE ADAPTA A LOS TUBOS TRASEROS PARA MAYOR COMODIDAD, INCLUYE UN SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA. PALANCA DE FRENO FÁCILMENTE ABATIBLE PARA HACER LAS TRANSFERENCIAS CON MAYOR COMODIDAD. REPOSAPIERNAS ELEVABLES CON COMPENSACIÓN ERGONÓMICA, REGULABLES EN ÁNGULO MEDIANTE PALANCA POSICIONADORA. PROTECTORES DE ROPA CON UNA ZONA ABIERTA PARA FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS. REPOSABRAZOS EXTRAÍBLE CON SISTEMA DE APERTURA QUE ASEGURA QUE SE PUEDA ABATIR CON FACILIDAD Y SUAVIDAD, INCLUSO PARA USUARIOS CON FUNCIONALIDAD LIMITADA EN LAS MANOS. SOPORTE DE RUEDA TRASERA DE COLOR NEGRO CON 5 POSICIONES EN ALTURA Y 4 LONGITUDINALES QUE PERMITEN MODIFICAR LA ALTURA Y EL ÁNGULO DE ASIENTO ASÍ COMO EL CENTRO DE GRAVEDAD. RUEDAS DELANTERAS DISPONIBLES EN 5", 6" Y 8". KIT DOBLE ARO CON SISTEMA DE DESMONTABLE RÁPIDO PARA PODER PLEGAR LA SILLA. PERMITE MANEJAR LA SILLA CON UNA SOLA MANO. MONTADO A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. PALANCA DE CONDUCCIÓN UNILATERAL QUE PERMITE A USUARIOS CON HEMIPLEJIA DIRIGIR LA SILLA HACIA DELANTE, ATRÁS O GIRAR CON UNA SOLA MANO. ANCHO ASIENTO: 380, 405, 430, 455, 480 Y 505 CM PROFUNDIDAD ASIENTO: 400 Y 450 MM 2° ÁNGULO DEL ASIENTO: 0º, 3º Y 6º ALTURA ASIENTO: 460, 485 Y 510 MM 3° ÁNGULO RESPALDO: 0º, 7º Y 0º-30º ALTURA RESPALDO: 380 - 460 MM 4° ÁNGULO PARTE DELANTERA DEL CHASIS: 80º, 0-80º Y 90º REGULACIÓN DE LOS REPOSAPIÉS: 330, 460, 440 - 510 MM ANCHO TOTAL: ANCHO ASIENTO + 160 MM ALTURA REPOSABRAZOS: 200 - 280 MM, 240 MM, 170 - 300 MM, 210 - 350 MM ANCHO PLEGADA: 260 MM LARGO TOTAL: 950 - 1050 MM LARGO TOTAL SIN REPOSAPIÉS: 710 - 910 MM ALTO TOTAL: 949-20 - 1050 MM PENDIENTE MÁXIMA: 9º RADIO DE GIRO: 870 MM PESO TOTAL: 13,5 KG PESO MÁXIMO USUARIO: 125 KG DISPONIBLE EN VARIOS COLORES ESTA SILLA CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR DIFERENTES ACCESORIOS. TIPO INVACARE ACTION 3 TRANSIT DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
---	--	---	---

8	SILLA DE RUEDAS SEMI-LIGERA	SILLA FÁCIL DE TRANSPORTAR CON UN PESO REDUCIDO. RESPALDO FIJO CON TAPIZADO ACOLCHADO CON ALTURA DE 43 CM. REPOSABRAZOS ABATIBLES QUE FACILITAN LAS TRANSFERENCIAS LATERALES TANTO PARA EL USUARIO COMO PARA EL ACOMPAÑANTE. SOPORTE DE RUEDA TRASERA DE COLOR NEGRO CON 5 POSICIONES EN ALTURA Y 4 LONGITUDINALES QUE PERMITEN MODIFICAR LA ALTURA Y EL ÁNGULO DE ASIENTO ASÍ COMO EL CENTRO DE GRAVEDAD. ANCHO ASIENTO: 405, 430 Y 455 CM PROFUNDIDAD ASIENTO: 400 Y 425 MM2 (REGULABLE CAMBIANDO LA POSICIÓN DEL TAPIZADO DEL ASIENTO) ALTURA ASIENTO: 485 MM ÁNGULO RESPALDO: 0º ALTURA RESPALDO: 430 MM ÁNGULO PARTE DELANTERA DEL CHASIS: 80º REGULACIÓN DE LOS REPOSAPIÉS: 330 Y 460 MM ANCHO TOTAL: ANCHO ASIENTO + 155 MM ALTURA REPOSABRAZOS: 240 MM ANCHO PLEGADA: 240 MM LARGO TOTAL: 900 MM LARGO TOTAL SIN REPOSAPIÉS: 680 MM ALTO TOTAL: 940 Y 970 MM PESO TOTAL: 14,9 KG PESO MÁXIMO USUARIO: 125 KG ESTA SILLA CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR DIFERENTES ACCESORIOS. TIPO INVACARE ACTION 2 TRANSIT DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	2
9	SILLA DE RUEDAS STANDARD CON REPOSAPIÉS ELEVABLES	SILLA FÁCIL DE MANEJAR Y ROBUSTA. EMPUÑADORAS ERGONÓMICAS, REPOSAPIÉS ABATIBLES Y EXTRAÍBLES, REPOSABRAZOS ABATIBLES Y EXTRAÍBLES, RUEDAS TRASERAS EXTRAÍBLES. DISPONIBLE EN RUEDA GRANDE Y RUEDA PEQUEÑA. DOS REPOSAPIÉS ELEVABLES INCLUIDOS. PESO MÁXIMO DEL OCUPANTE: 130 KG. LONGITUD TOTAL CON REPOSAPIÉS: 1120 MM DIFERENTES ANCHURAS ÚTILES DEL ASIENTO: 390 MM , 420 MM, 440 MM, 460 MM, 480 MM Y 500 MM LONGITUD PLEGADA SIN REPOSAPIÉS: 825 MM ANCHURA PLEGADA: 290 MM ALTURA PLEGADA: 935 MM PESO TOTAL: 10,60 KG TIPO VERMEIREN JAZZ S50 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR.	4

LOTE 3: Ortesis de poliuretano con cremallera a medida

Nº	Descripción técnica	Unidades estimadas vigencia inicial del contrato
1	BOTINA DE POLIURETANO CON CREMALLERA	6
2	CALZA DE POLIURETANO CON CREMALLERA	4
3	CODO DE POLIURETANO CON CREMALLERA	2
4	CRUROPEDICO DE POLIURETANO CON CREMALLERA	2
5	CTSLO DE POLIURETANO CON CREMALLERA CON SOPORTE CERVICAL (***)	2
6	LSO DE POLIURETANO CON CREMALLERA (****)	2
7	MINERVA DE POLIURETANO CON CREMALLERA	4
8	T.L.S.O. DE POLIURETANO CON CREMALLERA (*)	40
9	T.L.S.O. DE POLIURETANO CON CREMALLERA PROTOCOLO 2 (**)	2

(*) TLSO= Corsé toracolumbar

(**) TLSO= Corsé toracolumbar p/tratamiento de fracturas en hiperextensión s/prescripción médica

(***) CTLSO=Corsé toracolumbar cervical

(****) LSO = Corsé lumbar